ALLEGATO A - CAPITOLATO TECNICO

PROCEDURA NEGOZIATA TELEMATICA EX ART. 63 CO. 2 LETT. A) DEL D.LGS. 50/2016 E S.M.I. DI DURATA BIENNALE PER L'AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA NON AGGIUDICATA NELLA PRECEDENTE PROCEDURA CONCORSUALE APERTA, DI SET INFUSIONALI CON COMODATO D'USO DI POMPE INFUSIONALI E POMPE PER NUTRIZIONE ENTERALEPER I PRESIDI OSPEDALIERI DELL'A.S.L. ROMA 2, PER UN IMPORTO COMPLESSIVO BIENNALE A BASE D'ASTA PARI AD € 176.000,00=(IVA ESCLUSA) PIU' € 176.000,00=(IVA ESCLUSA) PER EVENTUALE RINNOVO DI ANNO IN ANNO PER UN MASSIMO DELL'IMPORTO ORIGINARIO.

COMPOSTO DA N. 1 LOTTO INDIVISIBILE

CAPITOLATO TECNICO SET INFUSIONALI CON COMODATO D'USO DI POMPE INFUSIONALI E POMPE PER NUTRIZIONE ENTERALE

LOTTO 1

Fornitura di set di infusione con comodato d'uso gratuito di Pompe per nutrizione enterale

A) SET DA INFUSIONE CON SACCA PER POMPA DA ENTERALE
Il set deve rispettare la norma UNI EN 1615: 2001 deve essere latex free, privo di ftlati e fornito in confezione sterile ed esclusivamente monouso.
Il deflussore deve essere fornito di camera di gocciolamento o camera adattabile a pompa peristaltica.
Il set deve essere dotato di:

- Sacca per nutrizione enterale da 2 litri circa ed accesso laterale per somministrazione liquidi e farmaci
- Connessione per sondino enterale

CND A030403 KIT PER NUTRIZIONE ENTERALE
Fabbisogno biennale 40.000 unità (set infusionali con sacca)

E' richiesta campionatura di n. 2 set completi.

B) SET DA INFUSIONE PER POMPA DA ENTERALE
Il set deve rispettare la norma UNI EN 1615: 2001 (cateteri e dispositivi di nutrizione enterale monouso e loro connettori) essere latex free, privo di ftlati e fornito in confezione sterile ed esclusivamente monouso.
Il deflussore deve essere compatibile con i prodotti utilizzati per nutrizione enterale.
Il set deve essere dotato di:

- Connessione per sondino enterale

La ditta aggiudicatrice deve fornire adattatori per pack e bottiglie

CND A030403 KIT PER NUTRIZIONE ENTERALE
Fabbisogno biennale 8.000 unità (set infusionali senza sacca)

E' richiesta campionatura di n. 2 set completi

Caratteristiche tecniche delle pompe da enterale:
Visualizzazione dei parametri impostati sul display
Messaggi di errore esplicati, cioè non codificati (se non per service only).
Possibilità di utilizzo con miscele nutritive di differente tipologia/densità
Maneggevolezza
Funzionamento a rete diretta ed a batteria ricaricabile durante il funzionamento
Autonomia di almeno 18 ore
Impermeabile
Congruità dell'autonomia e del tempo di ricarica
Segnalazioni allarmi acustiche e visive distinte, con possibilità di programmazione e regolazione
Fabbisogno previsto: 100 pompe in comodato d'uso.

E' richiesta la campionatura di n. 1 pompa