

Prot. 0028707

Roma li, 13/02/2020

AVVISO DI CONSULTAZIONE PRELIMINARE DI MERCATO TRAMITE SISTEMA PER GLI ACQUISTI TELEMATICI DELLA REGIONE LAZIO (STELLA) AI SENSI DELL'ART. 66 DEL D.LGS. 50/2016 PER LA FORNITURA DI SISTEMI MACCHINA REAGENTI DI TIPO POCT PER LE ESIGENZE DEL PRESIDIO CTO ANDREA ALESINI DELLA ASL ROMA 2 PER UN PERIODO DI SEI MESI RINNOVABILE PER ULTERIORI SEI MESI

Con il presente avviso, la ASL ROMA 2 con sede in Roma, C.a.P. 00157, via Filippo Meda 35 ha necessità di affidare la fornitura di sistemi macchina reagenti di tipo poct per le esigenze del presidio CTO Andrea Alesini della Asl Roma 2 per un periodo di sei mesi rinnovabile per ulteriori sei mesi.

Al fine di conoscere l'assetto del mercato di riferimento, i potenziali concorrenti, gli operatori interessati, le relative caratteristiche soggettive e verificarne la rispondenza alle esigenze dell'Azienda, si ritiene necessario svolgere, ai sensi e per gli effetti dell'art. 66 del D.lgs. 50/2016, una consultazione preliminare di mercato al fine dell'individuazione degli Operatori Economici da invitare alla procedura negoziata ai sensi e per gli effetti dell'art 36 comma 2 lettera b) del D. Lgs 50/2016 e *ss.mm.ii.*

I.- SOGGETTI AMMESSI A PRESENTARE DOMANDA DI PARTECIPAZIONE

Possono presentare manifestazione di interesse gli operatori economici, come definiti dall'art. 45 del D.lgs. 50/2016, iscritti al registro della camera di commercio ed in possesso dei requisiti di cui all'art. 80 del D.lgs. 50/2016, oggetto di specifica dichiarazione, secondo l'allegato facsimile, resa ai sensi e con le modalità di cui al DPR 445/2000.

II. - DESCRIZIONE DELL'OGGETTO DELL'APPALTO

La presente procedura ha per oggetto la fornitura in noleggio di un sistema composto da più analizzatori per l'esecuzione decentrata di determinazioni analitiche su materiali biologici e il relativo acquisto di reagenti, nel Presidio CTO Andrea Alesini per una durata complessiva di sei mesi più eventuale rinnovo di ulteriori sei mesi.

I prodotti offerti dovranno essere conformi alle leggi vigenti in materia, idonei all'uso al quale sono destinati e all'utilizzo della strumentazione fornita.

La fornitura dovrà comprendere:

**AREA ECONOMICA FINANZIARIA E DELLA COMMITTENZA
 U.O.C. PROCEDURE D'ACQUISTO E CONTRATTI**

1. la strumentazione richiesta;
2. i reagenti e tutto quanto è necessario per la completa effettuazione delle determinazioni analitiche (toner stampanti, materiale di controllo, consumabili, ecc.);
3. l'assistenza tecnica comprensiva di: trasporto delle apparecchiature, installazione e disinstallazione degli strumenti; eventuali spostamenti strumentali che, per esigenze organizzative, potrebbero rendersi necessari nel corso della fornitura; messa in funzione delle apparecchiature con la fornitura di sistemi di stabilizzazione di tensione e di gruppi di continuità. L'installazione dovrà essere comprensiva degli allacciamenti alla rete di alimentazione elettrica e dovrà essere attuata in modo tale da non ostacolare la normale attività di routine;
4. la manutenzione ordinaria e straordinaria della strumentazione in uso, aggiornamento tecnologico di strumenti e software in caso di nuove release sul mercato e corsi di formazione ed aggiornamento per il personale laureato, infermieristico e tecnico addetto;
5. il collegamento con il sistema informatico del laboratorio di analisi HUB 2 del P.O. Sant'Eugenio (OpenLis, Engineering);
6. i banconi o carrelli di supporto per la strumentazione offerta;
7. tutto ciò che viene richiesto in riferimento ai requisiti minimi indicati.

Tali sistemi dovranno essere nuovi e di ultima generazione, marcati CE-IVD e dovranno rispondere ai requisiti minimi di seguito espressi.

Gli obiettivi che si pone la stazione appaltante sono i seguenti:

- 1) Massima facilità di utilizzo
- 2) Tracciabilità di tutte le fasi: preanalitica, analitica e postanalitica
- 3) Maneggevolezza dei sistemi offerti
- 4) Sicurezza per il paziente (accuratezza e precisione analitica) e dell'operatore
- 5) Integrazione informatica con il laboratorio (UOC Laboratorio HUB 2)

Il sistema, utilizzato in emergenza urgenza, dovrà essere così composto:

DISPOSITIVO	Unità
Analizzatore chimica clinica	1
Analizzatore ematologia	1
Analizzatore immunochimica	1
Analizzatore per esame chimico delle urine	1

AREA ECONOMICA FINANZIARIA E DELLA COMMITTEENZA
 U.O.C. PROCEDURE D'ACQUISTO E CONTRATTI

Analizzatore per esecuzione dell'INR e dell'aPTT	1
Middleware per la gestione dei POCT	1

I requisiti minimi, sono indicati nella tabella seguente.

REQUISITI MINIMI GENERALI DEL SISTEMA OFFERTO	
Strumenti nuovi di fabbrica e di ultima generazione (allegare certificato di fabbricazione)	
Gli strumenti offerti devono essere idonei a gestire il carico di lavoro descritto nei fabbisogni	
Gli strumenti offerti devono analizzare il campione di sangue intero senza previa centrifugazione	
Le operazioni giornaliere di manutenzione non devono superare la durata di 10 minuti	
REQUISITI MINIMI SPECIFICI DEGLI STRUMENTI OFFERTI	
Strumento per chimica clinica	
Analizzatori in grado di effettuare, su sangue intero, il seguente profilo minimo di urgenza: urea/BUN, creatinina, glucosio, sodio, potassio, calcio, AST, ALT, CK, bilirubina totale, amilasi, albumina, proteina C reattiva	
Stampante integrata o esterna	
Memorizzazione dei test di CQ interno	
Strumento per ematologia	
Contaglobuli in grado di determinare su provetta primaria almeno i seguenti parametri: globuli rossi, emoglobina, globuli bianchi, piastrine, ematocrito, MCV, formula leucocitaria a tre popolazioni	
Stampante integrata o esterna	
Memorizzazione dei test di CQ interno	
Strumento per immunochimica	
Analizzatore da sangue intero in grado di effettuare almeno i seguenti parametri: troponina I, NT-proBNP, d-Dimero	
Stampante integrata o esterna	
Memorizzazione dei test di CQ interno	
Strumento per coagulazione	
Analizzatore in grado di eseguire su sangue intero il tempo di protrombina espresso come INR e l'aPTT	

AREA ECONOMICA FINANZIARIA E DELLA COMMITTENZA
 U.O.C. PROCEDURE D'ACQUISTO E CONTRATTI

Strumento per urine

Analizzatore in grado di effettuare analisi delle urine con profilo ad almeno 10 parametri: pH, peso specifico, glucosio, proteine, chetoni, sangue, leucociti, nitriti, urobilinogeno, bilirubina.

Di seguito è dettagliato il numero dei test richiesti ai quali dovranno essere aggiunti i test necessari all'esecuzione dei controlli giornalieri e delle calibrazioni.

TEST	N. anno
Pannello di test di chimica urgenti	3.000
Esame emocromocitometrico	2.500
PT - INR	1.800
aPTT	1.800
NT-proBNP	150
Troponina alta sensibilità	1.000
d-Dimero	720
Esame delle urine	1.200

III.- IMPORTO DEL SERVIZIO

L'importo della fornitura posto a base d'asta, è stimato in Euro 105.000,00 per un periodo di mesi 6 (sei) rinnovabile per ulteriori 6 (sei) mesi per un importo totale complessivo pari ad Euro 210.000,00 (duecentodiecimila/00) di cui Euro 0,00 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso, oltre Iva al 22 %.

IV. - CRITERI PER L'INDIVIDUAZIONE DEGLI OPERATORI ECONOMICI AI QUALI INVIARE RICHIESTA DI OFFERTA

Si precisa che questa consultazione preliminare di mercato ha esclusivamente finalità esplorative.

us

**AREA ECONOMICA FINANZIARIA E DELLA COMMITTENZA
U.O.C. PROCEDURE D'ACQUISTO E CONTRATTI**

Gli operatori economici non potranno, per il solo interesse manifestato nei confronti della presente indagine esplorativa, vantare alcun titolo, pretesa o priorità in ordine all'eventuale affidamento della fornitura o del servizio relativamente al quale hanno espresso interesse.

Il presente avviso pertanto non costituisce avvio di una procedura di gara o di affidamento.

L'indagine di mercato avviata attraverso la pubblicazione del presente avviso sul sito istituzionale, si concluderà con la ricezione e la conservazione agli atti delle manifestazioni di interesse e delle eventuali osservazioni pervenute.

Il presente avviso è finalizzato ad una indagine di mercato, non costituisce proposta contrattuale e non vincola in alcun modo l'Amministrazione che sarà libera di seguire anche altre procedure.

Ai sensi del D.lgs. 196/2003 e successive modificazioni ed integrazioni, si precisa che il trattamento dei dati personali sarà improntato a liceità e correttezza nella piena tutela dei diritti dei concorrenti e della loro riservatezza.

V. - MODALITA' DI PARTECIPAZIONE – APERTURA DEI PLICHI

La manifestazione di interesse e la dichiarazione allegata, sottoscritti mediante firma digitale, e le eventuali osservazioni, dovranno essere trasmessi entro e non oltre le ore 12,00 del giorno 20 Febbraio 2020 al seguente indirizzo PEC: procedure.acquisto@pec.aslroma2.it


Tutte le dichiarazioni dovranno essere corredate dal documento di identità in corso di validità del dichiarante.

Non saranno ammesse le istanze incomplete, ovvero pervenute oltre il termine sopra indicato, ovvero non sottoscritte e/o non corredate da copia fotostatica di documento di identità in corso di validità del sottoscrittore.


In caso di necessità, la scrivente Stazione appaltante potrà richiedere alle imprese partecipanti di fornire chiarimenti o integrazioni in merito alla documentazione prodotta.

Il Responsabile Unico del Procedimento

Ilaria Simeoni



Il Coordinatore
Sabrina Cenciarelli



FAC-SIMILE ISTANZA DI MANIFESTAZIONE DI INTERESSE

Spett.le

AZIENDA ASL ROMA 2

Via Filippo Meda 35

C.a.P. 00157 – Roma (RM)

OGGETTO: ISTANZA DI CONSULTAZIONE PRELIMINARE DI MERCATO AI SENSI DELL'ART. 66 DEL D.LGS. 50/2016 TRAMITE SISTEMA PER GLI ACQUISTI TELEMATICI DELLA REGIONE LAZIO (STELLA) AI SENSI DELL'ART. 66 DEL D.LGS. 50/2016 PER LA FORNITURA DI SISTEMI MACCHINA REAGENTI DI TIPO POCT PER LE ESIGENZE DEL PRESIDIO CTO ANDREA ALESINI DELLA ASL ROMA 2 PER UN PERIODO DI SEI MESI RINNOVABILE PER ULTERIORI SEI MESI

IMPORTO PRESUNTO DELL'APPALTO: EURO 105.000,00 PER UN PERIODO DI MESI 6 (SEI) RINNOVABILE PER ULTERIORI 6 (SEI) MESI PER UN IMPORTO TOTALE COMPLESSIVO PARI AD EURO 210.000,00 DI CUI EURO 0,00 PER ONERI DELLA SICUREZZA NON SOGGETTI A RIBASSO, OLTRE IVA AL 22 %

Il sottoscritto
nato ila
residente in via
codice fiscale n
in qualità di
dell'operatore economico.....
con sede legale in via
sede operativa in via
codice fiscale n... partita IVA n.....

Per ogni comunicazione relativa a chiarimenti e per le verifiche previste dalla normativa vigente:

Domicilio eletto:

Via Località..... CAP
..... n. di telefono..... e-mail (PEC)



..... (in caso di imprese straniere) e-mail
.....

CHIEDE

di essere invitato alla gara in oggetto.

DICHIARA

ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, consapevole delle sanzioni penali previste dall'articolo 76 del medesimo D.P.R. 445/2000 per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci ivi indicate:

- 1) di essere in possesso dei requisiti richiesti nell' avviso di consultazione preliminare di mercato ai sensi dell'art. 66 del d.lgs. 50/2016;
- 2) di manifestare il proprio interesse a partecipare ad una eventuale gara di affidamento del servizio;
- 3) di essere consapevole che l'avviso pubblico di cui all'oggetto, ha come finalità la formazione di un elenco di operatori da invitare ad una procedura di affidamento del servizio in argomento;
- 4) di essere a conoscenza che la presente istanza non costituisce proposta contrattuale e non vincola in alcun modo la Stazione appaltante che sarà libera di seguire anche altre procedure e che la stessa Stazione appaltante si riserva di interrompere in qualsiasi momento, per ragioni di sua esclusiva competenza, il procedimento avviato, senza che i soggetti istanti possano vantare alcuna pretesa;
- 5) di essere a conoscenza che la presente istanza non costituisce prova di possesso dei requisiti generali e speciali richiesti per l'affidamento della fornitura che invece dovrà essere dichiarato dall'interessato in occasione della gara a procedura negoziata ed accertato dalla Stazione appaltante nei modi di legge;
- 6) di essere informato, ai sensi dell'art. 13 del D.Lgs n. 196/2003, che i dati personali raccolti saranno trattati esclusivamente nell'ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa.

(Località), li

TIMBRO e FIRMA



N.B. La dichiarazione, a pena di nullità, deve essere corredata da fotocopia, non autenticata, di valido documento di identità in corso di validità o altro documento di riconoscimento equipollente ai sensi dell'art. 35 comma 2 del DPR 445/2000, del sottoscrittore.