ALLEGATO A - CAPITOLATO TECNICO

PROCEDURA APERTA TELEMATICA DI DURATA BIENNALE PER L'AFFIDAMENTO DI SET INFUSIONALI CON COMODATO D'USO DI POMPE INFUSIONALI PER LE NECESSITA' DELL'A.S.L. ROMA 2 PER UN IMPORTO COMPLESSIVO PARI AD € 180.000,00=(IVA ESCLUSA) OLTRE € 90.000,00=(IVA ESCLUSA) PER EVENTUALE RINNOVO DI 1 ANNO.

COMPOSTO DA 1 LOTTO UNICO ED INDIVISIBILE

CAPITOLATO TECNICO
DI SET INFUSIONALI CON COMODATO D'USO DI POMPE INFUSIONALI

Fornitura di set di infusione con comodato d'uso gratuito comprensivo di assistenza tecnica di Pompe Infusionali Volumetriche o Peristaltiche ad una o più vie

SET D'INFUSIONE PER POMPE VOLUMETRICHE
Il set deve essere latex free, privo di ftlati e fornito in confezione sterile ed esclusivamente monouso, destinato *per infusioni parenterali sia di farmaci che di nutrizioni, sia in flebo che in sacca*. Deve essere dotato di camera di gocciolamento con filtro e spike per flaconi e sacche,roller clamp, punto di iniezione ad Y costituito da valvola con luer lock posto a valle della camera di gocciolamento, connessione maschio con chiusura di sicurezza (a vite) sull'accesso vascolare.

CND A03010105 DEFLUSSORI PER POMPA INFUSIONALE
Fabbisogno annuo 30.000 (12.000 ex B 18.000 ex C) unità (set infusionali)
Quantificazione economica: 3,0 €/set pari a 90.000 €/anno senza iva

E' richiesta campionatura (n. 2 Pompe e n. 2 set d'infusione sia di farmaci sia di nutrizioni)

Caratteristiche tecniche delle pompe volumetriche:
Marchio CE
Flusso di infusione da 0,1 ml/h a 1000 ml/h
Risoluzione minima 0,1 ml/h
Volume di infusione da 1 a 9999 ml
Errore max del sistema ± 5%
Utilizzo per infusioni su adulti, bambini, neonati
Utilizzo sia per infusione venosa sia per infusione arteriosa
Visualizzazione dei parametri impostati sul display
Messaggi e serigrafie in lingua italiana, messaggi di errore esplicati, cioè non codificati (se non per service only)
Programmazione semplice dei parametri velocità, dose, avvio
Sistema di rilevamento delle occlusioni
Rilevamento dell'aria dalla linea
Funzionamento a rete diretta ed a batteria ricaricabile durante il funzionamento e congruità dell'autonomia delle batterie e del tempo di ricarica (specificare il tipo di batterie utilizzate)
Segnalazioni allarmi acustici e visivi dei malfunzionamenti
Disponibilità funzioni KVO e bolo
Possibilità di aggancio ad asta porta-flebo
Congruità di ingombro e pesi (specificare dati)
Preselezioni di volume e di durata
Calcolo automatico della velocità in base a volume e durata
Calcolo della dose
Possibilità di archivio farmaci integrato
Sistema integrato per la protezione del flusso libero
Software aggiornabile
Integrabile in un sistema di organizzazione e trasmissione dati con alimentazione da un unico cavo.
Fabbisogno previsto: n°250 pompe in comodato d'uso.