Oggetto: ***PROCEDURA APERTA TELEMATICA DI DURATA BIENNALE PER L'AFFIDAMENTO DI SET INFUSIONALI CON COMODATO D'USO DI POMPE INFUSIONALI PER LE NECESSITA' DELL'A.S.L. ROMA 2 PER UN IMPORTO COMPLESSIVO PARI AD € 180.000,00=(IVA ESCLUSA) OLTRE € 90.000,00=(IVA ESCLUSA) PER EVENTUALE RINNOVO DI 1 ANNO.***

CHIARIMENTI

1) Domanda
Nel capitolato tecnico vengono richiesti set d'infusione per pompe a infusionali volumetriche o peristaltiche ad una o più vie, la tecnologia della scrivente garantisce 2 vie infusionali con un unico deflussore (pompa volumetria a più vie) differentemente da una pompa monovia che garantisce una via per ogni deflussore , in riferimento ai costi e alla base d'asta unitaria imposta, si richiede di accettare che il nostro prezzo unitario sarà per singola via per una giusta ed equa comparazione tra le varie tecnologie
Risposta
La ditta può certamente offrire il deflussore a più vie ma il valore economico non può essere riferito alla singola via ma al dispositivo intero in quanto sarebbe poco equilibrato economicamente paragonare i suddetti dispositivi ovvero un deflussore a due vie andrebbe ad essere valutato la metà del prezzo offerto.
2) Domanda
Si chiede • di confermare l'importo complessivo della fornitura (indicato in € 180.000,00) e della base d'asta (anch'esso risultante pari ad € 180.000,00) • di meglio specificare quanto riportato nel capitolato tecnico (all.1) in relazione ai quantitativi ed alle due tipologie di deflussori richiesti per singolo anno. • di precisare se il quantitativo di pompe infusionali (fabbisogno previsto: n.250 pz), richiesto in comodato d'uso, dovrà essere consegnato in unica soluzione od in base a specifiche richieste.
Risposta
Si conferma la base d'asta. Il fabbisogno è espresso con riferimento al set infusionale offerto. La ditta deve offrire un tipo di deflussore che può essere a più vie. La consegna delle pompe sarà definita in base al cronoprogramma del cambio appalto.
3) Domanda
"Relativamente al Capitolato Speciale, art.9.3 Manutenzione-Assistenza Tecnica e Formazione, al fine di permettere la più ampia partecipazione, si chiede di eliminare la richiesta dell'attivazione di un numero verde operativo 24 ore su 24 e la richiesta di garantire entro le 24 ore solari dalla richiesta anche nel caso in cui tale segnalazione ricada in un giorno prefestivo o festivo l'assistenza tecnica e il supporto specialistico. *Si chiede inoltre di eliminare la seguente clausola "qualora il fermo macchina si dovesse protrarre oltre le 24 ore solari dalla chiamata, l'Impresa è tenuta a garantire comunque l'efficienza del servizio mediante l'immediata con altra apparecchiatura di analoghe prestazioni. Ritardi nella sostituzione con altra apparecchiatura non riparate alle 48 ore solari dalla richiesta dell'intervento, comporteranno l'applicazione di una penale pari a €150 per ogni ora di ritardo oltre il predetto termine.*
Risposta
Come indicato nella griglia delle valutazioni qualitative l'ultimo criterio di cui all' "*Allegato A-1 al Capitolato Tecnico - Modalità Di Attribuzione Punteggi Gara Pompe Ospedaliere 2021* - **Assistenza post marketing e indicazione di un contatto destinato al servizio**" costituisce oggetto di valutazione e non requisito di partecipazione, pertanto non rappresentando motivo di esclusione non pone limitazioni alla partecipazione degli O.E.