

Lotti:		
1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,27,28,29,30,35,36,37,38,45,46,47,48,49,50,51,52,53,58,59,60,61,62		
N°	Criteri	Punti
1	Materiali costituenti il prodotto	8
2	Caratteristiche tecniche	8
3	Innovazioni tecniche sotto il profilo rischio/beneficio	4
4	Facilità di utilizzo	8
5	Maneggevolezza	8
6	Affidabilità	7
7	Tecnologia utile al corretto e sicuro impiego	7
8	Facilità di apertura	7
9	Accorgimenti per mantenere la sterilità in campo operatorio	7
10	Istruzioni per l'uso	3
11	Etichettatura	3
		70
Lotti:		
31,32,33,34,39,44,54,55,56		
N°	Criteri	Punti
1	Materiali costituenti il prodotto	8
2	Caratteristiche tecniche	8
3	Innovazioni tecniche sotto il profilo rischio/beneficio	4
4	Facilità di utilizzo	5
5	Maneggevolezza	4
6	Capacità di taglio	6
7	Ergonomicità	4
8	Durezza della lama	6
9	Qualità antiriflesso	5
10	Facilità di apertura	7
11	Accorgimenti per mantenere la sterilità in campo operatorio	7
12	Istruzioni per l'uso	3
13	Etichettatura	3
		70
Lotti:		
13,14,15,57		
N°	Criteri	Punti
1	Materiali costituenti il prodotto	8
2	Caratteristiche tecniche	8
3	Innovazioni tecniche sotto il profilo rischio/beneficio	4
4	Facilità di utilizzo	9
5	Facilità di colorazione	11
6	Facilità di rimozione residui dall'occhio	10
7	Facilità di apertura	7
8	Accorgimenti per mantenere la sterilità in campo operatorio	7
9	Istruzioni per l'uso	3
10	Etichettatura	3
		70

Lotti:		
40,41,42,43		
N°	Criteri	Punti
1	Materiali costituenti il prodotto	8
2	Caratteristiche tecniche	8
3	Innovazioni tecniche sotto il profilo rischio/beneficio	4
4	Facilità di utilizzo	7
5	Manegevolezza	8
6	Trasparenza antiriflesso	7
7	Entità delle aberrazioni	8
8	Facilità di apertura	7
9	Accorgimenti per mantenere la sterilità in campo operatorio	7
10	Istruzioni per l'uso	3
11	Etichettatura	3
		70
Lotti:		
16,17,18,19,20,21,22,23,24,25,26		
N°	Criteri	Punti
1	Materiali costituenti il prodotto	8
2	Caratteristiche tecniche	8
3	Innovazioni tecniche sotto il profilo rischio/beneficio	4
4	Facilità di utilizzo dell'iniettore	8
5	Facilità delle manovre intraoculari	8
6	Range diottrico	7
7	Aberrazioni centrali e periferiche delle lenti	7
8	Facilità di apertura	7
9	Accorgimenti per mantenere la sterilità in campo operatorio	7
10	Istruzioni per l'uso	3
11	Etichettatura	3
		70
Campioni n. 2 dal lotto 13 al 52		