



**OGGETTO: GARA PONTE TELEMATICA A PROCEDURA APERTA, AI SENSI DEGLI ART. 58 E 60 DEL D.LGS. N.50/2016 PER LA FORNITURA DI MATERIALE DI CONSUMO E SISTEMI MACCHINA/REAGENTI NECESSARI ALLE ATTIVITA' DI RACCOLTA DI SANGUE ED EMOCOMPONENTI DEI SIMT DELL'ASL ROMA 2, PER LA DURATA DI 12 MESI. IMPORTO COMPLESSIVO PARI AD € 482.000,00=(IVA ESCLUSA) ED EVENTUALE RINNOVO DI 12 MESI.**

## **VERBALE N. 4**

### **COMMISSIONE DI GARA**

L'anno 2022 il giorno 24 del mese di maggio alle ore 10:00, presso il Presidio Ospedaliero Sandro Pertini, si è riunita in seduta virtuale la commissione di gara incaricata di esaminare la conformità della documentazione tecnica ed economica inerente la gara ponte telematica aperta, ai sensi degli art.58 e 60 del d.lgs. n.50/2016 per la fornitura di materiale di consumo e sistemi macchina/reagenti necessari alle attività di raccolta di sangue ed emocomponenti dei Simt dell'Asl Roma 2, per la durata di 12 mesi ed eventuale rinnovo di 12 mesi. importo complessivo pari ad € 482.000,00=(iva esclusa).

#### **Premesso che**

- con determina n. 2380 del 29/11/2021 si è provveduto ad indire una gara ponte telematica aperta, ai sensi degli art.58 e 60 del d.lgs. n.50/2016 per la fornitura di materiale di consumo e sistemi macchina/reagenti necessari alle attività di raccolta di sangue ed emocomponenti dei Simt dell'Asl Roma 2, per la durata di 12 mesi ed eventuale rinnovo di 12 mesi. Importo complessivo pari ad € 482.000,00=(iva esclusa).
- Il termine perentorio per la presentazione delle offerte è stato fissato alle ore 12:00 del 24/01/2022.
- Hanno presentato offerta entro il termine perentorio del 24/01/2022 ore 12:00 gli operatori economici di seguito evidenziati:
  - 1) FRESENIUS KABI ITALIA S.R.L.
  - 2) MACO PHARMA ITALIA S.R.L.
  - 3) HORIBA ABX SAS
  - 4) BIOMED DEVICE S.R.L.
  - 5) INFRATEC S.R.L.
- Con Deliberazione n.350 del 11/02/2022 sono stati nominati il Seggio di gara per la valutazione della documentazione amministrativa e la Commissione giudicatrice per la valutazione tecnico-qualitativa e per la valutazione delle offerte economiche come di seguito riportati:

#### **SEGGIO DI GARA**

Presidente	D.ssa Valentina Di Nocera	Collaboratore Amministrativo UOC Procedure di Acquisto e Contratti
Componente testimone	Sig.ra Antonella Di Stazio	Assistente Amministrativo UOC Procedure di Acquisto e Contratti
Componente testimone con funzione di segretario	Sig.ra Paola Russo	Assistente Amministrativo UOC Procedure di Acquisto e Contratti
Segretario supplente	Sig.ra Patrizia Colnago	Assistente Amministrativo UOC Procedure di Acquisto e Contratti



### COMMISSIONE GIUDICATRICE

Presidente	Dott.ssa Chiara Gizzi	Dirigente Medico UOC SIMT OP
Componente	Dott. Giuseppe Ausoni	Dirigente Medico UOC SIMT OSE
Componente	Dott. Roberto Tazza	Dirigente Farmacista Farmacia OP
Segretario	Sig.ra Paola Russo	Assistente Amministrativo UOC Procedure di Acquisto e Contratti
Segretario supplente	Sig.ra Patrizia Colnago	Assistente Amministrativo UOC Procedure di Acquisto e Contratti

- con Determinazione n. 582 del 02/03/2022 è stata formalizzata l'ammissione degli operatori economici della procedura di gara ponte telematica aperta, ai sensi degli art.58 e 60 del d.lgs. n.50/2016 per la fornitura di materiale di consumo e sistemi macchina/reagenti necessari alle attività di raccolta di sangue ed emocomponenti dei Simt dell'Asl Roma 2.

### IL PRESIDENTE DELLA COMMISSIONE GIUDICATRICE

Tutto ciò premesso e ritenuto parte integrante e sostanziale del presente verbale, nel giorno e nell'ora predetti, constatata la presenza dei componenti dichiara aperta la seduta.

Il Presidente della commissione procede all'apertura della seduta telematica tramite la piattaforma Stella della Regione Lazio alle ore 10:00.

La Commissione giudicatrice, in seduta riservata, attribuisce l'idoneità o non idoneità relativamente ai lotti nn.2-3-4-5 degli operatori economici partecipanti così come evidenziato nell'allegato n.1, tenuto conto che per i sopracitati lotti l'aggiudicazione avverrà mediante prezzo più basso, ai sensi dell'art. 95 comma 4 lett.b, del D.Lgs. n.50/2016 e s.m.i..

Il Presidente della Commissione procede all'apertura della seduta pubblica virtuale alle ore 10:40 ed incarica il segretario ad inserire i punteggi tecnici relativamente al Lotto n.1 e per i restanti lotti l'idoneità/non idoneità.

La Commissione, pertanto, in ottemperanza a quanto previsto, apre le offerte economiche per la verifica e la consultazione della documentazione economica presentata dagli operatori economici partecipanti.

A seguito della conclusione della valutazione economica in modalità telematica, si prende atto della graduatoria definitiva e degli Operatori Economici aggiudicatari nelle more dei controlli di cui all'art.80 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. come evidenziato nell'allegato n.2 allegato al presente verbale.

Alle ore 11:00 terminano i lavori della Commissione e il Presidente dichiara chiusa la seduta pubblica virtuale.





Il fascicolo di gara viene preso in consegna dal Segretario verbalizzante e depositato per gli adempimenti consequenziali presso gli uffici della UOC Procedure d'Acquisto e Contratti sita al quarto piano di Via Filippo Meda 35.

.Letto, approvato e sottoscritto:

Presidente

Dott.ssa Chiara Gizzi

Componente

Dott. Giuseppe Ausoni

Componente

Dott. Dott. Roberto Tazza

Testimone con funzioni di Segretario

Sig.ra Paola Russo

MATERIALI SIMT

DITTA	LOTTO	NUMERO CRITERIO	CRITERI	IDONEO	NON IDONEO	MOTIVAZIONI
FRESENIUS KABI ITALIA S.R.L.	2	1	APPARECCHI NUOVI E DI ULTIMA GENERAZIONE PER IL DOSAGGIO DELL'EMOGLOBINA NEL DONATORE	IDONEO		
FRESENIUS KABI ITALIA S.R.L.	2	2	ALIMENTAZIONE ELETTRICA E CON BATTERIE RICARICABILI	IDONEO		
FRESENIUS KABI ITALIA S.R.L.	2	3	METODO FOTOMETRICO	IDONEO		
FRESENIUS KABI ITALIA S.R.L.	2	4	RISULTATI CORRELATI CON LE COMUNI METODICHE EMATOLOGICHE CORRETTAMENTE USATE	IDONEO		
FRESENIUS KABI ITALIA S.R.L.	2	5	LE APPARECCHIATURE DEVONO ESSERE DOTATE DI AUTOTEST ELETTRONICO INTERNO	IDONEO		
FRESENIUS KABI ITALIA S.R.L.	2	6	AUTOTEST FUNZIONALE ALL'ACCENSIONE DELLO STRUMENTO	IDONEO		
FRESENIUS KABI ITALIA S.R.L.	2	7	LIVELLI DI CQ CON RANGE NORMALE, PATOLOGICO BASSO, PATOLOGICO ALTO	IDONEO		
FRESENIUS KABI ITALIA S.R.L.	2	8	ASSENZA DI REFLUI	IDONEO		
FRESENIUS KABI ITALIA S.R.L.	2	9	REATTIVI MONOUSO SENZA NECESSITA' DI PIPETTE O CAPILLARI	IDONEO		
FRESENIUS KABI ITALIA S.R.L.	2	10	MATERIALE DI CONSUMO ESPRESSAMENTE DEDICATE PER LE SPECIFICITA' DELL'APPARECCHIO	IDONEO		



## MATERIALI SIMT

FRESENIUS KABI ITALIA S.R.L.	2	11	SISTEMA DI DETERMINAZIONE VALIDATO IN TOT0	IDONEO		
FRESENIUS KABI ITALIA S.R.L.	2	5	AMPIO PERIODO DI CONSERVAZIONE DEL MATERIALE DI CONSUMO	IDONEO		
TOT 2 - FRESENIUS KABI ITALIA S.R.L.				IDONEO		
INFRATEC S.R.L.	2	1	APPARECCHI NUOVI E DI ULTIMA GENERAZIONE PER IL DOSAGGIO DELL'EMOGLOBINA NEL DONATORE	IDONEO		
INFRATEC S.R.L.	2	2	ALIMENTAZIONE ELETTRICA E CON BATTERIE RICARICABILI	IDONEO		
INFRATEC S.R.L.	2	3	METODO FOTOMETRICO	IDONEO		
INFRATEC S.R.L.	2	4	RISULTATI CORRELATI CON LE COMUNI METODICHE EMATOLOGICHE CORRETTAMENTE USATE	IDONEO		
INFRATEC S.R.L.	2	5	LE APPARECCHIATURE DEVONO ESSERE DOTATE DI AUTOTEST ELETTRONICO INTERNO	IDONEO		
INFRATEC S.R.L.	2	6	AUTOTEST FUNZIONALE ALL'ACCENSIONE DELLO STRUMENTO	IDONEO		
INFRATEC S.R.L.	2	7	LIVELLI DI CQ CON RANGE NORMALE, PATOLOGICO BASSO, PATOLOGICO ALTO	IDONEO		
INFRATEC S.R.L.	2	8	ASSENZA DI REFLUI	IDONEO		
INFRATEC S.R.L.	2	9	REATTIVI MONOUSO SENZA NECESSITA' DI PIPETTE O CAPILLARI	IDONEO		

## MATERIALI SIMT

INFRATEC S.R.L.	2	10	MATERIALE DI CONSUMO ESPRESSAMENTE DEDICATE PER LE SPECIFICITA' DELL'APPARECCHIO	IDONEO		
INFRATEC S.R.L.	2	11	SISTEMA DI DETERMINAZIONE VALIDATO IN TOTO	IDONEO		
INFRATEC S.R.L.	2	5	AMPIO PERIODO DI CONSERVAZIONE DEL MATERIALE DI CONSUMO	IDONEO		
TOT 2 - INFRATEC S.R.L.				IDONEO		



## MATERIALI SIMT

DITTA	LOTTO	NUMERO CRITERIO	CRITERI	IDONEO	NON IDONEO	MOTIVAZIONI
HORIBA ABX SAS	3	1	NUMERO MINIMO 16 PARAMETRI ESAMI EMOCROMOCITOMETRICO	IDONEO		
HORIBA ABX SAS	3	2	VOLUME CAMPIONE MAX 20 MICROLITRI	IDONEO		
HORIBA ABX SAS	3	3	CAPACITA' DI ARCHIVIO	IDONEO		
HORIBA ABX SAS	3	4	POSSIBILITA' DI ESECUZIONE DEL TEST OLTRE CHE DA DIGITOPUNTURA ANCHE DA PROVETTA SINGOLA	IDONEO		
HORIBA ABX SAS	3	5	STAMPA REFERTO CON VALORI NUMERICI, LIMITI DI NORMALITA'	IDONEO		
HORIBA ABX SAS	3	6	PRESENZA STAMPANTE	IDONEO		
HORIBA ABX SAS	3	7	STRUMENTI DI DIMENSIONI RIDOTTE E FACILITA' DI TRASPORTO SENZA FUORIUSCITA DI REAGENTI O REFLUI	IDONEO		
HORIBA ABX SAS	3	8	COLLEGAMENTO DEGLI STRUMENTI AL LIS DEL CENTRO TRASFUSIONALE	IDONEO		
HORIBA ABX SAS	3	9	SEMPlicità OPERATIVA NELLA SOSTITUZIONE DEI REAGENTI E NELL'ELIMINAZIONE DEI REFLUI	IDONEO		
HORIBA ABX SAS	3	10	CALIBRATORI E CONTROLLO DI QUALITA' INTERNO GIORNALIERO SU TRE LIVELLI (NORMAL, HIGH, LOW)	IDONEO		

## MATERIALI SIMT

HORIBA ABX SAS	3	11	REAGENTI E CONSUMABILI COMPENSIVI DI CUVETTE PER MICRO CAMPIONATURA DA DIGITOPUNTURA, NECESSARI E IN NUMERO SUFFICIENTE ALL'ESECUZIONE DEL NUMERO DI TEST COME DA FABBISOGNO PER LE SINGOLE SEDI	IDONEO		
HORIBA ABX SAS	3	12	IL SISTEMA OFFERTO DOVRA' PREVEDERE PER L'ESECUZIONE DEI TEST UN RIDOTTO NUMERO DI REAGENTI	IDONEO		
TOT3 - HORIBA ABX SAS				IDONEO		



## MATERIALI SIMT

DITTA	LOTTO	NUMERO CRITERIO	CRITERI	IDONEO	NON IDONEO	MOTIVAZIONI
BIOMED DEVICE S.R.L.	4	1	APPARECCHIATURE NUOVE E DI ULTIMA GENERAZIONE, DISPOSITIVI MEDICI, MATERIALI E ACCESSORI DI CONSUMO CONFORMI ALLE NORMATIVE VIGENTI NAZIONALI ED EUROPEE	IDONEO		
BIOMED DEVICE S.R.L.	4	2	LE APPARECCHIATURE ED I RELATIVI KIT DOVRANNO ASSICURARE PRODOTTI FINALI RISPONDENTI IN TERMINI QUALITATIVI E QUANTITATIVI AI REQUISITI NORMATIVI VIGENTI PER OGNI TIPOLOGIA DI PAZIENTE TRATTATO E GARANTIRE LA TOTALE TRACCIABILITA' DI OGNI FASE DEI PROCESSI IN CUI SONO COINVOLTI.	IDONEO		
HORIBA ABX SAS	4	3	SERVIZIO DI ASSISTENZA E MANUTENZIONE FULL RISK NECESSARIA A GARANTIRE LA FUNZIONALITA' DELLE APPARECCHIATURE CON HELP LINE DI SUPPORTO TELEFONICO	IDONEO		
HORIBA ABX SAS	4	4	ADDESTRAMENTO DEL PERSONALE	IDONEO		
HORIBA ABX SAS	4	5	AUSILIO PER LE PROCEDURE DI CONVALIDA E RICOVALIDA DELLE APPARECCHIATURE	IDONEO		
HORIBA ABX SAS	4	6	RELAZIONE TECNICA DI SINTESI	IDONEO		
TOT4- HORIBA ABX SAS				IDONEO		



## MATERIALI SIMT

DITTA	LOTTO	NUMERO CRITERIO	CRITERI	IDONEO	NON IDONEO	MOTIVAZIONI
BIOMED DEVICE S.R.L.	5	1	APPARECCHIATURE NUOVE E DI ULTIMA GENERAZIONE, DISPOSITIVI MEDICI, MATERIALI E ACCESSORI DI CONSUMO CONFORMI ALLE NORMATIVE VIGENTI NAZIONALI ED EUROPEE	IDONEO		
BIOMED DEVICE S.R.L.	5	2	LE APPARECCHIATURE ED I RELATIVI KIT DOVRANNO ASSICURARE PRODOTTI FINALI RISPONDENTI IN TERMINI QUALITATIVI E QUANTITATIVI AI REQUISITI NORMATIVI VIGENTI PER OGNI TIPOLOGIA DI PAZIENTE TRATTATO E GARANTIRE LA TOTALE TRACCIABILITA' DI OGNI FASE DEI PROCESSI IN CUI SONO COINVOLTI. SERVIZIO DI	IDONEO		
HORIBA ABX SAS	5	3	ASSISTENZA E MANUTENZIONE FULL RISK NECESSARIA A GARANTIRE LA FUNZIONALITA' DELLE APPARECCHIATURE CON HELP LINE DI SUPPORTO TELEFONICO	IDONEO		
HORIBA ABX SAS	5	4	ADDESTRAMENTO DEL PERSONALE	IDONEO		
HORIBA ABX SAS	5	5	AUSILIO PER LE PROCEDURE DI CONVALIDA E RICOVALIDA DELLE APPARECCHIATURE	IDONEO		
HORIBA ABX SAS	5	6	RELAZIONE TECNICA DI SINTESI	IDONEO		
TOT4- HORIBA ABX SAS				IDONEO		



Allegato n. 2

Numero Lotto	Stato Lotto	Fornitore	Stato Offerta	Rank	Punteggio Totale	Punteggio Tecnico	Punteggio Economico	Valore Offerta	Base d'asta	Ribasso
1	Valutato	MACO PHARMA ITALIA	Aggiudicatario proposto	1	100,00	70,00	30,00	229.280,00	310000	80720
4	Conforme	Biomed Device srl	Aggiudicatario proposto	1	100,00		100,00	11.050,00	30000	18950
5	Conforme	Biomed Device srl	Aggiudicatario proposto	1	100,00		100,00	36.287,50	49000	12712,5
		HORIBA ABX SAS								
3	Conforme	Société par Actions Simplifiée	Aggiudicatario proposto	1	100,00		100,00	39.847,16	55000	15152,84
2	Conforme	INFRATEC S.r.l.	Aggiudicatario proposto	1	100,00		100,00	9.184,50	38000	28815,5
1	Valutato	FRESENIUS KABI ITALIA SRL	II Classificato	2	97,75	70,00	27,75	247.860,00	310000	62140
2	Conforme	FRESENIUS KABI ITALIA SRL	II Classificato	2	87,50476		87,50476	10.496,00	38000	27504