Procedura aperta telematica di durata biennale, rinnovabile per due anni, disposta ai sensi degli artt. 58 e 60, del d.lgs. n. 50 del 18/04/2016 e s.m.i., per l'affidamento della fornitura di dispositivi medici per oculistica camera anteriore e camera posteriore, occorrenti alle strutture ospedaliere dell'ASL Roma 2, costituita da n. 62 lotti indivisibili, distinti e indipendenti, per un importo complessivo biennale a base d'asta di € 1.960.653,00 iva esclusa.

VERBALE N.3
COMMISSIONE GIUDICATRICE

L'anno 2022 il giorno 21 aprile alle ore 09.30, presso la Sede della A.S.L. Roma 2 di Via Filippo Meda 35, si è riunita la commissione giudicatrice della gara incaricata alla valutazione tecnica qualitativa e alla valutazione delle offerte economiche inerente la procedura aperta telematica per la fornitura di dispositivi medici per oculistica camera anteriore e camera posteriore occorrenti alle strutture ospedaliere della ASL Roma 2.

PREMESSO CHE:

con deliberazione n. 1751 del 09.07.2021 è stata indetta una procedura aperta telematica di durata biennale, per l'affidamento della fornitura di dispositivi medici per oculistica camera anteriore e camera posteriore, occorrenti alle strutture ospedaliere dell'ASL Roma 2, costituita da n. 62 lotti indivisibili, distinti e indipendenti, per un importo complessivo biennale a base d'asta di € 1.960.653,00 iva esclusa e sono stati approvati i relativi documenti di gara;

la procedura in argomento è espletata in forma interamente telematica avvalendosi del Sistema per gli Acquisti Telematici della Regione Lazio (STELLA), accessibile dal sito https://stella.regione.lazio.it/.
- in ottemperanza alle norme di cui agli artt. 72 e 73 del D.lgs.50/2016, il bando di gara è stato integralmente pubblicato sulla G.U.U.E. in data 13.09.2021 (GU/S: S 177 460764) e sulla G.U.R.I. (V Serie Speciale n. 170 del 15.09.2021, nonché sul sito istituzionale della A.S.L. Roma 2, del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, Lazio e, per estratto, sui quotidiani IL Fatto Quotidiano, Tuttosport e il Giornale (ed. Roma) e il Corriere dello Sport (ed. Roma Lazio) in data 25.09.2021;

-il termine per la presentazione delle offerte, è stato fissato alle ore 12:00 del 18.10.2021;

- alla scadenza del predetto termine del 18.10.2021 alle ore 12:00 hanno presentato offerta gli Operatori Economici evidenziati nello schema allegato 1 al verbale n. 1 del 31.03.2022;

-con deliberazione n.2525 del 16.11.2021 sono stati nominati il Seggio di gara per la valutazione della documentazione amministrativa e la Commissione Giudicatrice per la valutazione tecnico-qualitativa e per la valutazione delle offerte economiche, ai sensi dell'art. 77 del D.Lgs. n. 50/2016, come di seguito riportati:

Seggio di gara

Presidente	Dott.ssa Valentina Di Nocera	Collaboratore Amministrativo Professionale UOC Procedure di Acquisto e Contratti
Componente	Sig.ra Patrizia Colnago	Assistente Amministrativo U.O.C. Procedure di Acquisto e Contratti
Componente con funzioni di segretario	Sig.ra Patrizia di Giovancarlo	Impiegata interinale UOC Procedure di Acquisto e Contratti
Componente con funzioni di segretario supplente	Dott.ssa Alessia Coratti	Impiegata Interinale UOC Procedure di Acquisto e Contratti

Commissione Giudicatrice

Presidente	Dott. Maurizio Basili	Dirigente Medico U.O.C. di Oculistica S.E
Componente	Dott. Roberto Tazza	Dirigente Farmacista Ospedale S.Pertini
Componente	Dott. ssa Maria Stefani	Dirigente Farmacista Ospedale S.Eugenio/CTO
Segretario	Sig.ra Patrizia di Giovancarlo	Impiegata interinale UOC Procedure di Acquisto e Contratti
Segretario supplente	Dott.ssa Alessia Coratti	Impiegata interinale UOC Procedure di Acquisto e Contratti

- con determina n. 372 del 11.02.2022 è stato preso atto delle ammissioni/non ammissioni degli operatori economici che hanno presentato offerta.

IL PRESIDENTE DELLA COMMISSIONE GIUDICATRICE

Tutto ciò premesso e ritenuto parte integrante e sostanziale del presente verbale, nel giorno e nell'ora predetti, constatata la presenza dei componenti, e in presenza del segretario dichiara aperta la seduta risrvata.

La Commissione inizia i lavori valutando i dispositivi per i quali è stata richiesta campionatura partendo dal lotto n.13.
Valutata la documentazione tecnica, con particolare riguardo alle specifiche tecniche che attengono ai requisiti richiesti dal capitolato tecnico e la relativa campionatura, la Commissione assegna il punteggio tecnico alla ditta concorrente, e compila la scheda con il punteggio assegnato al lotto n. 13 che, allegata al presente verbale ne costituisce parte integrante e sostanziale (allegato n. A).

La Commissione prosegue i lavori valutando i dispositivi inerenti al lotto n.14
Relativamente a tale lotto la commissione prende atto che l'operatore economico Biophisica srl non ha presentato la campionatura richiesta che tra l'altro non viene richiamata sul documento di trasporto. Pertanto la Biophisica srl viene esclusa dalla valutazione limitatamente al lotto n. 14.
Valutata la documentazione tecnica, con particolare riguardo alle specifiche tecniche che attengono ai requisiti richiesti dal capitolato tecnico e la relativa campionatura, la Commissione assegna il punteggio tecnico alla ditta concorrente, e compila la scheda con

il punteggio assegnato al lotto n. 14 che, allegata al presente verbale ne costituisce parte integrante e sostanziale (allegato B)

La Commissione prosegue i lavori valutando i dispositivi inerenti al lotto n.15
Valutata la documentazione tecnica, con particolare riguardo alle specifiche tecniche che attengono ai requisiti richiesti dal capitolato tecnico e la relativa campionatura, la Commissione assegna il punteggio tecnico alle ditte concorrenti, e compila la scheda con il punteggio assegnato al lotto n. 15 che, allegata al presente verbale ne costituisce parte integrante e sostanziale (allegato C)

La Commissione prosegue i lavori valutando i dispositivi inerenti al lotto n.16
Valutata la documentazione tecnica, con particolare riguardo alle specifiche tecniche che attengono ai requisiti richiesti dal capitolato tecnico e la relativa campionatura, la Commissione assegna il punteggio tecnico alla ditta concorrente, e compila la scheda con il punteggio assegnato al lotto n. 16 che, allegata al presente verbale ne costituisce parte integrante e sostanziale (allegato D)

La Commissione prosegue i lavori valutando i dispositivi inerenti al lotto n.17
In riferimento a tale lotto la commissione ritiene che nella descrizione tecnica del lotto il range diottrico indicato -5D/-30D sia una inesattezza e che debba intendersi +5D/+30D. Ciò constatato e valutata la documentazione tecnica, con particolare riguardo alle specifiche tecniche che attengono ai requisiti richiesti dal capitolato tecnico e la relativa campionatura, la Commissione assegna il punteggio tecnico alle ditte concorrenti, e compila la scheda con il punteggio assegnato al lotto n. 17 che, allegata al presente verbale ne costituisce parte integrante e sostanziale (allegato E)

La Commissione prosegue i lavori valutando i dispositivi inerenti al lotto n.18
Valutata la documentazione tecnica, con particolare riguardo alle specifiche tecniche che attengono ai requisiti richiesti dal capitolato tecnico e la relativa campionatura, la Commissione assegna il punteggio tecnico alla ditta concorrente, e compila la scheda con il punteggio assegnato al lotto n. 18 che, allegata al presente verbale ne costituisce parte integrante e sostanziale (allegato F)

La Commissione prosegue i lavori valutando i dispositivi inerenti al lotto n.19
Valutata la documentazione tecnica, con particolare riguardo alle specifiche tecniche che attengono ai requisiti richiesti dal capitolato tecnico e la relativa campionatura, la Commissione assegna il punteggio tecnico alle ditte concorrenti, e compila la scheda con il punteggio assegnato al lotto n. 19 che, allegata al presente verbale ne costituisce parte integrante e sostanziale (allegato G)

La Commissione prosegue i lavori valutando i dispositivi inerenti al lotto n.20
Valutata la documentazione tecnica, con particolare riguardo alle specifiche tecniche che attengono ai requisiti richiesti dal capitolato tecnico e la relativa campionatura, la Commissione assegna il punteggio tecnico alle ditte concorrenti, e compila la scheda con il punteggio assegnato al lotto n. 20 che, allegata al presente verbale ne costituisce parte integrante e sostanziale (allegato H)

La Commissione prosegue i lavori valutando i dispositivi inerenti al lotto n.21
Valutata la documentazione tecnica, con particolare riguardo alle specifiche tecniche che attengono ai requisiti richiesti dal capitolato tecnico e la relativa campionatura, la Commissione assegna il punteggio tecnico alle ditte concorrenti, e compila la scheda con

il punteggio assegnato al lotto n. 21 che, allegata al presente verbale ne costituisce parte integrante e sostanziale (allegato I)

La Commissione prosegue i lavori valutando i dispositivi inerenti al lotto n. 22
Valutata la documentazione tecnica, con particolare riguardo alle specifiche tecniche che attengono ai requisiti richiesti dal capitolato tecnico e la relativa campionatura, la Commissione assegna il punteggio tecnico alla ditta concorrente, e compila la scheda con il punteggio assegnato al lotto n. 22 che, allegata al presente verbale ne costituisce parte integrante e sostanziale (allegato L)

La Commissione per il lotto n. 23 prende atto che non è stata presentata alcuna offerta.

La Commissione prosegue i lavori valutando i dispositivi inerenti al lotto n. 24
Valutata la documentazione tecnica, con particolare riguardo alle specifiche tecniche che attengono ai requisiti richiesti dal capitolato tecnico e la relativa campionatura, la Commissione assegna il punteggio tecnico alla ditta concorrente, e compila la scheda con il punteggio assegnato al lotto n. 24 che, allegata al presente verbale ne costituisce parte integrante e sostanziale (allegato M)

La Commissione prosegue i lavori valutando i dispositivi inerenti al lotto n. 25
Valutata la documentazione tecnica, con particolare riguardo alle specifiche tecniche che attengono ai requisiti richiesti dal capitolato tecnico e la relativa campionatura, la Commissione assegna il punteggio tecnico alla ditta concorrente, e compila la scheda con il punteggio assegnato al lotto n. 25 che, allegata al presente verbale ne costituisce parte integrante e sostanziale (allegato N)

La Commissione prosegue i lavori valutando i dispositivi inerenti al lotto n. 26
Valutata la documentazione tecnica, con particolare riguardo alle specifiche tecniche che attengono ai requisiti richiesti dal capitolato tecnico e la relativa campionatura, la Commissione assegna il punteggio tecnico alla ditta concorrente, e compila la scheda con il punteggio assegnato al lotto n. 26 che, allegata al presente verbale ne costituisce parte integrante e sostanziale (allegato O)

Alle ore 12.50 terminano i lavori svolti dalla Commissione di gara nella seduta odierna, e il Presidente dichiara chiusa la seduta riservata.

Letto, approvato e sottoscritto:

Presidente

Componente

Componente

Segretario

LOTTO 13 Colorante per vitreo a base di triamcinolone sospensione oftalmica 4% in flacone da per chirurgia oftalmica e colorazione intraoperatoria del vitreo

DITTA	Criterio lotto indivisibile	Punteggio Max Criterio	valori di preferenza Commissione	Punti Preferenza Commissione	Punteggio Max Preferenza Assegnato	Coeff.te	Punti Definitivi	MOTIVAZIONI
SOOFT ITALIA	1.1 materiali costituenti il prodotto	8	Buono	4	4	1,00	8,00	
SOOFT ITALIA	1.2 caratteristiche tecniche	8	Buono	4	4	1,00	8,00	
SOOFT ITALIA	1.3 Innovazioni tecniche sotto il profilo rischio/beneficio	4	Buono	4	4	1,00	4,00	
SOOFT ITALIA	1.4 facilità di utilizzo	9	Buono	4	4	1,00	9,00	
SOOFT ITALIA	1.5 Facilità di colorazione	11	Buono	4	4	1,00	11,00	
SOOFT ITALIA	1.6 Facilità di rimozione residui dallocchio	10	Buono	4	4	1,00	10,00	
SOOFT ITALIA	1.7 Facilità di apertura	7	Buono	4	4	1,00	7,00	
SOOFT ITALIA	1.8 Accorgimenti per mantenere la sterilità in campo operatorio	7	Buono	4	4	1,00	7,00	
SOOFT ITALIA	1.9 Istruzioni per l'uso	3	Buono	4	4	1,00	3,00	
SOOFT ITALIA	1.10 Etichiettatura	3	Buono	4	4	1,00	3,00	

B

LOTTO 14 Colorante selettivo per ILM, biocompatibile, selettivo atossico sterile e apirogeno a base di Blu brillante G allo 0,025%, in confezione monodose per colorazione ILM per uso endoculare applicabili in BSS								
DITTA	Criterio lotto indivisibile	Punteggio Max Criterio	valori di preferenza Commissione	Punti Preferenza Commissione	Punteggio Max Preferenza Assegnato	Coeff.te	Punti Definitivi	MOTIVAZIONI
SI.STEMA	1.1 materiali costituenti il prodotto	8	Buono	4	4	1,00	8,00	
BIOPHISICA	1.1 materiali costituenti il prodotto	8		0	4	0,00	0,00	Ditta esclusa per mancaza di campionatura
OPTARISTON	1.1 materiali costituenti il prodotto	8	Buono	4	4	1,00	8,00	
DORC ITALY	1.1 materiali costituenti il prodotto	8	Buono	4	4	1,00	8,00	
ALFA INTES	1.1 materiali costituenti il prodotto	8		0	4	0,00	0,00	concentrazione più alta del colorante e in più vi è aggiunta di luteina. Ditta esclusa
SI.STEMA	1.2 caratteristiche tecniche	8	Buono	4	4	1,00	8,00	
BIOPHISICA	1.2 caratteristiche tecniche	8		0	4	0,00	0,00	Ditta esclusa per mancaza di campionatura
OPTARISTON	1.2 caratteristiche tecniche	8	Buono	4	4	1,00	8,00	
DORC ITALY	1.2 caratteristiche tecniche	8	Buono	4	4	1,00	8,00	
ALFA INTES	1.2 caratteristiche tecniche	8		0	4	0,00	0,00	
SI.STEMA	1.3 Innovazioni tecniche sotto il profilo rischio/beneficio	4	Buono	4	4	1,00	4,00	

DITTA	Criterio lotto indivisibile	Punteggio Max Criterio	valori di preferenza Commissione	Punti Preferenza Commissione	Punteggio Max Preferenza Assegnato	Coeff.te	Punti Definitivi	MOTIVAZIONI
BIOPHISICA	1.3 Innovazioni tecniche sotto il profilo rischio/beneficio	4		0	4	0,00	0,00	Ditta esclusa per mancaza di campionatura
OPTARISTON	1.3 Innovazioni tecniche sotto il profilo rischio/beneficio	4	Buono	4	4	1,00	4,00	
DORC ITALY	1.3 Innovazioni tecniche sotto il profilo rischio/beneficio	4	Buono	4	4	1,00	4,00	
ALFA INTES	1.3 Innovazioni tecniche sotto il profilo rischio/beneficio	4		0	4	0,00	0,00	
SI.STEMA	1.4 facilità di utilizzo	9	Ottimo	5	5	1,00	9,00	
BIOPHISICA	1.4 facilità di utilizzo	9		0	5	0,00	0,00	Ditta esclusa per mancaza di campionatura
OPTARISTON	1.4 facilità di utilizzo	9	Ottimo	5	5	1,00	9,00	
DORC ITALY	1.4 facilità di utilizzo	9	Buono	4	5	0,80	7,20	ha la siringa da assemblare
ALFA INTES	1.4 facilità di utilizzo	9		0	5	0,00	0,00	
SI.STEMA	1.5 Facilità di colorazione	11	Buono	4	4	1,00	11,00	
BIOPHISICA	1.5 Facilità di colorazione	11		0	4	0,00	0,00	Ditta esclusa per mancaza di campionatura
OPTARISTON	1.5 Facilità di colorazione	11	Buono	4	4	1,00	11,00	

DITTA	Criterio lotto indivisibile	Punteggio Max Criterio	valori di preferenza Commissione	Punti Preferenza Commissione	Punteggio Max Preferenza Assegnato	Coeff.te	Punti Definitivi	MOTIVAZIONI
DORC ITALY	1.5 Facilità di colorazione	11	Buono	4	4	1,00	11,00	
ALFA INTES	1.5 Facilità di colorazione	11		0	4	0,00	0,00	
SI.STEMA	1.6 Facilità di rimozione residui dall'occhio	10	Buono	4	4	1,00	10,00	
BIOPHISICA	1.6 Facilità di rimozione residui dall'occhio	10		0	4	0,00	0,00	Ditta esclusa per mancaza di campionatura
OPTARISTON	1.6 Facilità di rimozione residui dall'occhio	10	Buono	4	4	1,00	10,00	
DORC ITALY	1.6 Facilità di rimozione residui dall'occhio	10	Buono	4	4	1,00	10,00	
ALFA INTES	1.6 Facilità di rimozione residui dall'occhio	10		0	4	0,00	0,00	
SI.STEMA	1.7 Facilità di apertura	7	Buono	4	4	1,00	7,00	
BIOPHISICA	1.7 Facilità di apertura	7		0	4	0,00	0,00	Ditta esclusa per mancaza di campionatura
OPTARISTON	1.7 Facilità di apertura	7	Buono	4	4	1,00	7,00	
DORC ITALY	1.7 Facilità di apertura	7	Buono	4	4	1,00	7,00	
ALFA INTES	1.7 Facilità di apertura	7		0	4	0,00	0,00	

DITTA	Criterio lotto indivisibile	Punteggio Max Criterio	valori di preferenza Commissione	Punti Preferenza Commissione	Punteggio Max Preferenza Assegnato	Coeff.te	Punti Definitivi	MOTIVAZIONI
SI.STEMA	1.8 Accorgimenti per mantenere la sterilità in campo operatorio	7	Buono	4	4	1,00	7,00	
BIOPHISICA	1.8 Accorgimenti per mantenere la sterilità in campo operatorio	7		0	4	0,00	0,00	Ditta esclusa per mancaza di campionatura
OPTARISTON	1.8 Accorgimenti per mantenere la sterilità in campo operatorio	7	Buono	4	4	1,00	7,00	
DORC ITALY	1.8 Accorgimenti per mantenere la sterilità in campo operatorio	7	Buono	4	4	1,00	7,00	
ALFA INTES	1.8 Accorgimenti per mantenere la sterilità in campo operatorio	7		0	4	0,00	0,00	
SI.STEMA	1.9 Istruzioni per l'uso	3	Buono	4	4	1,00	3,00	
BIOPHISICA	1.9 Istruzioni per l'uso	3		0	4	0,00	0,00	Ditta esclusa per mancaza di campionatura
OPTARISTON	1.9 Istruzioni per l'uso	3	Buono	4	4	1,00	3,00	
DORC ITALY	1.9 Istruzioni per l'uso	3	Buono	4	4	1,00	3,00	
ALFA INTES	1.9 Istruzioni per l'uso	3		0	4	0,00	0,00	
SI.STEMA	1.10 Etichiettatura	3	Buono	4	4	1,00	3,00	
BIOPHISICA	1.10 Etichiettatura	3		0	4	0,00	0,00	Ditta esclusa per mancaza di campionatura

DITTA	Criterio lotto indivisibile	Punteggio Max Criterio	valori di preferenza Commissione	Punti Preferenza Commissione	Punteggio Max Preferenza Assegnato	Coeff.te	Punti Definitivi	**MOTIVAZIONI**
OPTARISTON	1.10 Etichiettatura	3	Buono	4	4	1,00	3,00	
DORC ITALY	1.10 Etichiettatura	3	Buono	4	4	1,00	3,00	
ALFA INTES	1.10 Etichiettatura	3		0	4	0,00	0,00	

C

LOTTO 15 Colorante biocompatibile per la colorazione dello ialoide e della LLM								
DITTA	Criterio lotto indivisibile	Punteggio Max Criterio	valori di preferenza Commissione	Punti Preferenza Commissione	Punteggio Max Preferenza Assegnato	Coeff.te	Punti Definitivi	MOTIVAZIONI
SISTEMA	1.1 materiali costituenti il prodotto	8	Buono	4	4	1,00	8,00	
BIOPHISICA	1.1 materiali costituenti il prodotto	8	Buono	4	4	1,00	8,00	
ALFA INTES	1.1 materiali costituenti il prodotto	8	Buono	4	4	1,00	8,00	
DORC ITALY	1.1 materiali costituenti il prodotto	8	Buono	4	4	1,00	8,00	
SISTEMA	1.2 caratteristiche tecniche	8	Buono	4	5	0,80	6,40	
BIOPHISICA	1.2 caratteristiche tecniche	8	Ottimo	5	5	1,00	8,00	Qantitativo 0,7 ml rispetto agli altri competitor 0,5ml
ALFA INTES	1.2 caratteristiche tecniche	8	Buono	4	5	0,80	6,40	
DORC ITALY	1.2 caratteristiche tecniche	8	Buono	4	5	0,80	6,40	
SISTEMA	1.3 Innovazioni tecniche sotto il profilo rischio/beneficio	4	Buono	4	4	1,00	4,00	
BIOPHISICA	1.3 Innovazioni tecniche sotto il profilo rischio/beneficio	4	Buono	4	4	1,00	4,00	
ALFA INTES	1.3 Innovazioni tecniche sotto il profilo rischio/beneficio	4	Buono	4	4	1,00	4,00	

DITTA	Criterio lotto indivisibile	Punteggio Max Criterio	valori di preferenza Commissione	Punti Preferenza Commissione	Punteggio Max Preferenza Assegnato	Coeff.te	Punti Definitivi	MOTIVAZIONI
DORC ITALY	1.3 Innovazioni tecniche sotto il profilo rischio/beneficio	4	Buono	4	4	1,00	4,00	
SISTEMA	1.4 facilità di utilizzo	9	Ottimo	5	5	1,00	9,00	
BIOPHISICA	1.4 facilità di utilizzo	9	Ottimo	5	5	1,00	9,00	
ALFA INTES	1.4 facilità di utilizzo	9	Ottimo	5	5	1,00	9,00	
DORC ITALY	1.4 facilità di utilizzo	9	Buono	4	5	0,80	7,20	Utilizzo siringa poco ergonomico e disassemblata
SISTEMA	1.5 Facilità di colorazione	11	Buono	4	4	1,00	11,00	
BIOPHISICA	1.5 Facilità di colorazione	11	Buono	4	4	1,00	11,00	
ALFA INTES	1.5 Facilità di colorazione	11	Buono	4	4	1,00	11,00	
DORC ITALY	1.5 Facilità di colorazione	11	Buono	4	4	1,00	11,00	
SISTEMA	1.6 Facilità di rimozione residui dallocchio	10	Buono	4	4	1,00	10,00	
BIOPHISICA	1.6 Facilità di rimozione residui dallocchio	10	Buono	4	4	1,00	10,00	
ALFA INTES	1.6 Facilità di rimozione residui dallocchio	10	Buono	4	4	1,00	10,00	

DITTA	Criterio lotto indivisibile	Punteggio Max Criterio	valori di preferenza Commissione	Punti Preferenza Commissione	Punteggio Max Preferenza Assegnato	Coeff.te	Punti Definitivi	MOTIVAZIONI
DORC ITALY	1.6 Facilità di rimozione residui dall'occhio	10	Buono	4	4	1,00	10,00	
SISTEMA	1.7 Facilità di apertura	7	Buono	4	4	1,00	7,00	
BIOPHISICA	1.7 Facilità di apertura	7	Buono	4	4	1,00	7,00	
ALFA INTES	1.7 Facilità di apertura	7	Buono	4	4	1,00	7,00	
DORC ITALY	1.7 Facilità di apertura	7	Buono	4	4	1,00	7,00	
SISTEMA	1.8 Accorgimenti per mantenere la sterilità in campo operatorio	7	Buono	4	4	1,00	7,00	
BIOPHISICA	1.8 Accorgimenti per mantenere la sterilità in campo operatorio	7	Buono	4	4	1,00	7,00	
ALFA INTES	1.8 Accorgimenti per mantenere la sterilità in campo operatorio	7	Buono	4	4	1,00	7,00	
DORC ITALY	1.8 Accorgimenti per mantenere la sterilità in campo operatorio	7	Buono	4	4	1,00	7,00	
SISTEMA	1.9 Istruzioni per l'uso	3	Buono	4	4	1,00	3,00	
BIOPHISICA	1.9 Istruzioni per l'uso	3	Buono	4	4	1,00	3,00	
ALFA INTES	1.9 Istruzioni per l'uso	3	Buono	4	4	1,00	3,00	

DITTA	Criterio lotto indivisibile	Punteggio Max Criterio	valori di preferenza Commissione	Punti Preferenza Commissione	Punteggio Max Preferenza Assegnato	Coeff.te	Punti Definitivi	MOTIVAZIONI
DORC ITALY	1.9 Istruzioni per l'uso	3	Buono	4	4	1,00	3,00	
SISTEMA	1.10 Etichiettatura	3	Buono	4	4	1,00	3,00	
BIOPHISICA	1.10 Etichiettatura	3	Buono	4	4	1,00	3,00	
ALFA INTES	1.10 Etichiettatura	3	Buono	4	4	1,00	3,00	
DORC ITALY	1.10 Etichiettatura	3	Buono	4	4	1,00	3,00	

LOTTO 16 Lente in PMMA da camera anteriore piatto ottico 6 mm, lunghezza totale 13mm, range diottrico da +5D a +30D monopezzo								
DITTA	Criterio lotto indivisibile	Punteggio Max Criterio	valori di preferenza Commissione	Punti Preferenza Commissione	Punteggio Max Preferenza Assegnato	Coeff.te	Punti Definitivi	MOTIVAZIONI
DIEMME	1.1 materiali costituenti il prodotto	8	Buono	4	4	1,00	8,00	
DIEMME	1.2 caratteristiche tecniche	8	Buono	4	4	1,00	8,00	
DIEMME	1.3 Innovazioni tecniche sotto il profilo rischio/beneficio	4	Buono	4	4	1,00	4,00	
DIEMME	1.4 facilità di utilizzo dell'iniettore	8	Buono	4	4	1,00	8,00	
DIEMME	1.5 Facilità delle manovre intraoculari	8	Buono	4	4	1,00	8,00	
DIEMME	1.6 range diottrico	7	Buono	4	4	1,00	7,00	
DIEMME	1.7 Aberrazioni centrali e periferiche delle lenti	7	Buono	4	4	1,00	7,00	
DIEMME	1.8 Facilità di apertura	7	Buono	4	4	1,00	7,00	
DIEMME	1.9 Accorgimeenti per mantenere la sterilità in campo operatorio	7	Buono	4	4	1,00	7,00	
DIEMME	1.10 Istruzioni per l'uso	3	Buono	4	4	1,00	3,00	
DIEMME	1.11 Etichettatura	3	Buono	4	4	1,00	3,00	

LOTTO 17 Lente da sacco e da solco tre pezzi, intraoculare, in acrilico sterile, idrofoba, pieghevole, iniettabile, biconvessa anteriore diametro ottico 6 mm, lunghezza totale 13mm, anse in pmm angolate 10°, lente con cartdridge/iniettore, range diottrico -5D/-30D

DITTA	Criterio lotto indivisibile	Punteggio Max Criterio	valori di preferenza Commissione	Punti Preferenza Commissione	Punteggio Max Preferenza Assegnato	Coeff.te	Punti Definitivi	MOTIVAZIONI
ALCON	1.1 materiali costituenti il prodotto	8	Buono	4	4	1,00	8,00	
ALFA INTES	1.1 materiali costituenti il prodotto	8		0	4	0,00	0,00	Ha angolazione di 5° invece dei 10° richieste dal capitolato - Ditta Esclusa
ALCON	1.2 caratteristiche tecniche	8	Buono	4	4	1,00	8,00	
ALFA INTES	1.2 caratteristiche tecniche	8		0	4	0,00	0,00	Ha angolazione di 5° invece dei 10° richieste dal capitolato - Ditta Esclusa
ALCON	1.3 Innovazioni tecniche sotto il profilo rischio/beneficio	4	Buono	4	4	1,00	4,00	
ALFA INTES	1.3 Innovazioni tecniche sotto il profilo rischio/beneficio	4		0	4	0,00	0,00	Ha angolazione di 5° invece dei 10° richieste dal capitolato - Ditta Esclusa
ALCON	1.4 facilità di utilizzo dell'iniettore	8	Buono	4	4	1,00	8,00	
ALFA INTES	1.4 facilità di utilizzo dell'iniettore	8		0	4	0,00	0,00	Ha angolazione di 5° invece dei 10° richieste dal capitolato - Ditta Esclusa
ALCON	1.5 Facilità delle manovre intraoculari	8	Buono	4	4	1,00	8,00	
ALFA INTES	1.5 Facilità delle manovre intraoculari	8		0	4	0,00	0,00	Ha angolazione di 5° invece dei 10° richieste dal capitolato - Ditta Esclusa
ALCON	1.6 range diottrico	7	Buono	4	4	1,00	7,00	

DITTA	Criterio lotto indivisibile	Punteggio Max Criterio	valori di preferenza Commissione	Punti Preferenza Commissione	Punteggio Max Preferenza Assegnato	Coeff.te	Punti Definitivi	MOTIVAZIONI
ALFA INTES	1.6 range diottrico	7		0	4	0,00	0,00	Ha angolazione di 5° invece dei 10° richieste dal capitolato - Ditta Esclusa
ALCON	1.7 Aberrazioni centrali e periferiche delle lenti	7	Buono	4	4	1,00	7,00	
ALFA INTES	1.7 Aberrazioni centrali e periferiche delle lenti	7		0	4	0,00	0,00	Ha angolazione di 5° invece dei 10° richieste dal capitolato - Ditta Esclusa
ALCON	1.8 Facilità di apertura	7	Buono	4	4	1,00	7,00	
ALFA INTES	1.8 Facilità di apertura	7		0	4	0,00	0,00	Ha angolazione di 5° invece dei 10° richieste dal capitolato - Ditta Esclusa
ALCON	1.9 Accorgimenti per mantenere la sterilità in campo operatorio	7	Buono	4	4	1,00	7,00	
ALFA INTES	1.9 Accorgimeenti per mantenere la sterilità in campo operatorio	7		0	4	0,00	0,00	Ha angolazione di 5° invece dei 10° richieste dal capitolato - Ditta Esclusa
ALCON	1.10 istruzioni per l'uso	3	Buono	4	4	1,00	3,00	
ALFA INTES	1.10 Istruzioni per l'uso	3		0	4	0,00	0,00	Ha angolazione di 5° invece dei 10° richieste dal capitolato - Ditta Esclusa
ALCON	1.11 Etichettatura	3	Buono	4	4	1,00	3,00	
ALFA INTES	1.11 Etichettatura	3		0	4	0,00	0,00	Ha angolazione di 5° invece dei 10° richieste dal capitolato - Ditta Esclusa


LOTTO 18 Lente da sacco intraoculare, asferica, acrilica, idrofoba, monopezzo bordo squadrato angolazione anse 5° lunghezza totale 13 mm filtro UV precaricata per incisione da 1,8 mm con iniettore sia a vite che a siringa piatto ottico da 6 mm, lenti disponibili sia trasparenti (bianca) che gialla, range diottrico +6 a +30D, monopezzo

DITTA	Criterio lotto indivisibile	Punteggio Max Criterio	valori di preferenza Commissione	Punti Preferenza Commissione	Punteggio Max Preferenza Assegnato	Coeff.te	Punti Definitivi	MOTIVAZIONI
OPTARISTON OFTALMOLOGIA	1.1 materiali costituenti il prodotto	8	Buono	4	4	1,00	8,00	
OPTARISTON OFTALMOLOGIA	1.2 caratteristiche tecniche	8	Buono	4	4	1,00	8,00	
OPTARISTON OFTALMOLOGIA	1.3 Innovazioni tecniche sotto il profilo rischio/beneficio	4	Buono	4	4	1,00	4,00	
OPTARISTON OFTALMOLOGIA	1.4 facilità di utilizzo dell'iniettore	8	Buono	4	4	1,00	8,00	
OPTARISTON OFTALMOLOGIA	1.5 Facilità delle manovre intraoculari	8	Buono	4	4	1,00	8,00	
OPTARISTON OFTALMOLOGIA	1.6 range diottrico	7	Buono	4	4	1,00	7,00	
OPTARISTON OFTALMOLOGIA	1.7 Aberrazioni centrali e periferiche delle lenti	7	Buono	4	4	1,00	7,00	
OPTARISTON OFTALMOLOGIA	1.8 Facilità di apertura	7	Buono	4	4	1,00	7,00	
OPTARISTON OFTALMOLOGIA	1.9 Accorgimeenti per mantenere la sterilità in campo operatorio	7	Buono	4	4	1,00	7,00	
OPTARISTON OFTALMOLOGIA	1.10 Istruzioni per l'uso	3	Buono	4	4	1,00	3,00	
OPTARISTON OFTALMOLOGIA	1.11 Etichettatura	3	Buono	4	4	1,00	3,00	

G

LOTTO 19 Lente da sacco, asferica, acrilica, idrofoba, monopezzo, monomateriale, bianca trasparente piatto ottico da 6 mm, lunghezza 13mm, anse ad angolo a zero gradi precaricata in iniettore 2,2-2,4 mm potere da +4D a+34D, monopezzo.								
DITTA	Criterio lotto indivisibile	Punteggio Max Criterio	valori di preferenza Commissione	Punti Preferenza Commissione	Punteggio Max Preferenza Assegnato	Coeff.te	Punti Definitivi	**MOTIVAZIONI**
OPTARISTON OFTALMOLOGIA	1.1 materiali costituenti il prodotto	8	Buono	4	4	1,00	8,00	
TECNOFTALMICA	1.1 materiali costituenti il prodotto	8	Buono	4	4	1,00	8,00	
OPTARISTON OFTALMOLOGIA	1.2 caratteristiche tecniche	8	Buono	4	4	1,00	8,00	
TECNOFTALMICA	1.2 caratteristiche tecniche	8	Buono	4	4	1,00	8,00	
OPTARISTON OFTALMOLOGIA	1.3 Innovazioni tecniche sotto il profilo rischio/beneficio	4	Buono	4	4	1,00	4,00	
TECNOFTALMICA	1.3 Innovazioni tecniche sotto il profilo rischio/beneficio	4	Buono	4	4	1,00	4,00	
OPTARISTON OFTALMOLOGIA	1.4 facilità di utilizzo dell'iniettore	8	Buono	4	4	1,00	8,00	
TECNOFTALMICA	1.4 facilità di utilizzo dell'iniettore	8	Buono	4	4	1,00	8,00	
OPTARISTON OFTALMOLOGIA	1.5 Facilità delle manovre intraoculari	8	Buono	4	4	1,00	8,00	
TECNOFTALMICA	1.5 Facilità delle manovre intraoculari	8	Buono	4	4	1,00	8,00	
OPTARISTON OFTALMOLOGIA	1.6 range diottrico	7	Buono	4	4	1,00	7,00	

DITTA	Criterio lotto indivisibile	Punteggio Max Criterio	valori di preferenza Commissione	Punti Preferenza Commissione	Punteggio Max Preferenza Assegnato	Coeff.te	Punti Definitivi	MOTIVAZIONI
TECNOFTALMICA	1.6 range diottrico	7	Buono	4	4	1,00	7,00	
OPTARISTON OFTALMOLOGIA	1.7 Aberrazioni centrali e periferiche delle lenti	7	Buono	4	4	1,00	7,00	
TECNOFTALMICA	1.7 Aberrazioni centrali e periferiche delle lenti	7	Buono	4	4	1,00	7,00	
OPTARISTON OFTALMOLOGIA	1.8 Facilità di apertura	7	Buono	4	4	1,00	7,00	
TECNOFTALMICA	1.8 Facilità di apertura	7	Buono	4	4	1,00	7,00	
OPTARISTON OFTALMOLOGIA	1.9 Accorgimenti per mantenere la sterilità in campo operatorio	7	Buono	4	4	1,00	7,00	
TECNOFTALMICA	1.9 Accorgimeenti per mantenere la sterilità in campo operatorio	7	Buono	4	4	1,00	7,00	
OPTARISTON OFTALMOLOGIA	1.10 istruzioni per l'uso	3	Buono	4	4	1,00	3,00	
TECNOFTALMICA	1.10 Istruzioni per l'uso	3	Buono	4	4	1,00	3,00	
OPTARISTON OFTALMOLOGIA	1.11 Etichettatura	3	Buono	4	4	1,00	3,00	
TECNOFTALMICA	1.11 Etichettatura	3	Buono	4	4	1,00	3,00	



LOTTO 20 Lente da sacco con superfice anteriore prolata, asferica, ad abberrazione negativa bordo posteriore squadrato a 360°, range diottrico da +5D a *34D, diametro 6 mm, lunghezza totale 13 mm, anse non complanari al piatto, acrilica, sterile, idrofoba, monomateriale,

DITTA	Criterio lotto indivisibile	Punteggio Max Criterio	valori di preferenza Commissione	Punti Preferenza Commissione	Punteggio Max Preferenza Assegnato	Coeff.te	Punti Definitivi	MOTIVAZIONI
AMO ITALY	1.1 materiali costituenti il prodotto	8	Buono	4	4	1,00	8,00	
CARL ZEISS	1.1 materiali costituenti il prodotto	8	Buono	4	4	1,00	8,00	
AMO ITALY	1.2 caratteristiche tecniche	8	Buono	4	4	1,00	8,00	
CARL ZEISS	1.2 caratteristiche tecniche	8	Buono	4	4	1,00	8,00	
AMO ITALY	1.3 Innovazioni tecniche sotto il profilo rischio/beneficio	4	Buono	4	4	1,00	4,00	
CARL ZEISS	1.3 Innovazioni tecniche sotto il profilo rischio/beneficio	4	Buono	4	4	1,00	4,00	
AMO ITALY	1.4 facilità di utilizzo dell'iniettore	8	Ottimo	5	5	1,00	8,00	rotazione iniettore ottima
CARL ZEISS	1.4 facilità di utilizzo dell'iniettore	8	Buono	4	5	0,80	6,40	rotazione iniettore buona
AMO ITALY	1.5 Facilità delle manovre intraoculari	8	Buono	4	4	1,00	8,00	
CARL ZEISS	1.5 Facilità delle manovre intraoculari	8	Buono	4	4	1,00	8,00	
AMO ITALY	1.6 range diottrico	7	Buono	4	4	1,00	7,00	

DITTA	Criterio lotto indivisibile	Punteggio Max Criterio	valori di preferenza Commissione	Punti Preferenza Commissione	Punteggio Max Preferenza Assegnato	Coeff.te	Punti Definitivi	MOTIVAZIONI
CARL ZEISS	1.6 range diottrico	7	Buono	4	4	1,00	7,00	
AMO ITALY	1.7 Aberrazioni centrali e periferiche delle lenti	7	Ottimo	5	5	1,00	7,00	minori aberrazioni periferiche e centrali
CARL ZEISS	1.7 Aberrazioni centrali e periferiche delle lenti	7	Buono	4	5	0,80	5,60	aberrazioni periferiche e centrali lievemente superiori
AMO ITALY	1.8 Facilità di apertura	7	Buono	4	4	1,00	7,00	
CARL ZEISS	1.8 Facilità di apertura	7	Buono	4	4	1,00	7,00	
AMO ITALY	1.9 Accorgimenti per mantenere la sterilità in campo operatorio	7	Buono	4	4	1,00	7,00	
CARL ZEISS	1.9 Accorgimeenti per mantenere la sterilità in campo operatorio	7	Buono	4	4	1,00	7,00	
AMO ITALY	1.10 istruzioni per l'uso	3	Buono	4	4	1,00	3,00	
CARL ZEISS	1.10 Istruzioni per l'uso	3	Buono	4	4	1,00	3,00	
AMO ITALY	1.11 Etichettatura	3	Buono	4	4	1,00	3,00	
CARL ZEISS	1.11 Etichettatura	3	Buono	4	4	1,00	3,00	

I

LOTTO 21 Lente da sacco con incisioni da 2,20/2,75 mm, asferica con filtro di luce blu, range diottrico da +6D a +30D e la possibilità di integrazione a poteri diottrici più alti. Lente precaricata con sistema di iniezione monouso pneumatico e la possibilità di inserimento della IOL in monomanuale. Acrilica, sterile, idrofoba, monomateriale, pieghevole, iniettabile, comprensiva di iniettore, monopezzo.

DITTA	Criterio lotto indivisibile	Punteggio Max Criterio	valori di preferenza Commissione	Punti Preferenza Commissione	Punteggio Max Preferenza Assegnato	Coeff.te	Punti Definitivi	MOTIVAZIONI
OPTARISTON OFTALMOLOGIA	1.1 materiali costituenti il prodotto	8		0	4	0,00	0,00	
ALCON	1.1 materiali costituenti il prodotto	8	Buono	4	4	1,00	8,00	
OPTARISTON OFTALMOLOGIA	1.2 caratteristiche tecniche	8		0	4	0,00	0,00	Ha sistema di iniezione a pistone e non pneumatico - Ditta Esclusa
ALCON	1.2 caratteristiche tecniche	8	Buono	4	4	1,00	8,00	
OPTARISTON OFTALMOLOGIA	1.3 Innovazioni tecniche sotto il profilo rischio/beneficio	4		0	4	0,00	0,00	
ALCON	1.3 Innovazioni tecniche sotto il profilo rischio/beneficio	4	Buono	4	4	1,00	4,00	
OPTARISTON OFTALMOLOGIA	1.4 facilità di utilizzo dell'iniettore	8		0	5	0,00	0,00	
ALCON	1.4 facilità di utilizzo dell'iniettore	8	Ottimo	5	5	1,00	8,00	
OPTARISTON OFTALMOLOGIA	1.5 Facilità delle manovre intraoculari	8		0	4	0,00	0,00	
ALCON	1.5 Facilità delle manovre intraoculari	8	Buono	4	4	1,00	8,00	
OPTARISTON OFTALMOLOGIA	1.6 range diottrico	7		0	4	0,00	0,00	

DITTA	Criterio lotto indivisibile	Punteggio Max Criterio	valori di preferenza Commissione	Punti Preferenza Commissione	Punteggio Max Preferenza Assegnato	Coeff.te	Punti Definitivi	MOTIVAZIONI
ALCON	1.6 range diottrico	7	Buono	4	4	1,00	7,00	
OPTARISTON OFTALMOLOGIA	1.7 Aberrazioni centrali e periferiche delle lenti	7		0	4	0,00	0,00	
ALCON	1.7 Aberrazioni centrali e periferiche delle lenti	7	Buono	4	4	1,00	7,00	
OPTARISTON OFTALMOLOGIA	1.8 Facilità di apertura	7		0	4	0,00	0,00	
ALCON	1.8 Facilità di apertura	7	Buono	4	4	1,00	7,00	
OPTARISTON OFTALMOLOGIA	1.9 Accorgimenti per mantenere la sterilità in campo operatorio	7		0	4	0,00	0,00	
ALCON	1.9 Accorgimeenti per mantenere la sterilità in campo operatorio	7	Buono	4	4	1,00	7,00	
OPTARISTON OFTALMOLOGIA	1.10 istruzioni per l'uso	3		0	4	0,00	0,00	
ALCON	1.10 Istruzioni per l'uso	3	Buono	4	4	1,00	3,00	
OPTARISTON OFTALMOLOGIA	1.11 Etichettatura	3		0	4	0,00	0,00	
ALCON	1.11 Etichettatura	3	Buono	4	4	1,00	3,00	

L

LOTTO 22 Lente da sacco con toricità posteriore, con filtro per luce blu, per correezione astigmatismo fino a 4 dittrie. Range diottrico da -6D a+30D. Piatto ottico 6mm, lunghezza totale 13mm. Acrilica, sterile, idrofoba, monomateriale, pieghevole iniettabile, comprensiva di cartdrige/iniettore, monopezzo.								
DITTA	Criterio lotto indivisibile	Punteggio Max Criterio	valori di preferenza Commissione	Punti Preferenza Commissione	Punteggio Max Preferenza Assegnato	Coeff.te	Punti Definitivi	MOTIVAZIONI
ALCON	1.1 materiali costituenti il prodotto	8	Buono	4	4	1,00	8,00	
ALCON	1.2 caratteristiche tecniche	8	Buono	4	4	1,00	8,00	
ALCON	1.3 Innovazioni tecniche sotto il profilo rischio/beneficio	4	Buono	4	4	1,00	4,00	
ALCON	1.4 facilità di utilizzo dell'iniettore	8	Buono	4	4	1,00	8,00	
ALCON	1.5 Facilità delle manovre intraoculari	8	Buono	4	4	1,00	8,00	
ALCON	1.6 range diottrico	7	Buono	4	4	1,00	7,00	
ALCON	1.7 Aberrazioni centrali e periferiche delle lenti	7	Buono	4	4	1,00	7,00	
ALCON	1.8 Facilità di apertura	7	Buono	4	4	1,00	7,00	
ALCON	1.9 Accorgimeenti per mantenere la sterilità in campo operatorio	7	Buono	4	4	1,00	7,00	
ALCON	1.10 Istruzioni per l'uso	3	Buono	4	4	1,00	3,00	
ALCON	1.11 Etichettatura	3	Buono	4	4	1,00	3,00	

M

LOTTO 24 Lente intraoculare a fissazione sclerale, piatto ottico 7 mm lunghezza circa 13 mm con foro di biancoraggio sulle anse poteri diottric vari confezione singola sterile. La ditta aggiudicataria dovrà fornire per tutta la durata del contratto le pinze dedicate per l'impianto								
DITTA	Criterio lotto indivisibile	Punteggio Max Criterio	valori di preferenza Commissione	Punti Preferenza Commissione	Punteggio Max Preferenza Assegnato	Coeff.te	Punti Definitivi	**MOTIVAZIONI**
ALFA INTES	1.1 materiali costituenti il prodotto	8	Buono	4	4	1,00	8,00	
ALFA INTES	1.2 caratteristiche tecniche	8	Buono	4	4	1,00	8,00	
ALFA INTES	1.3 Innovazioni tecniche sotto il profilo rischio/beneficio	4	Buono	4	4	1,00	4,00	
ALFA INTES	1.4 facilità di utilizzo dell'iniettore	8	Buono	4	4	1,00	8,00	
ALFA INTES	1.5 Facilità delle manovre intraoculari	8	Buono	4	4	1,00	8,00	
ALFA INTES	1.6 range diottrico	7	Buono	4	4	1,00	7,00	
ALFA INTES	1.7 Aberrazioni centrali e periferiche delle lenti	7	Buono	4	4	1,00	7,00	
ALFA INTES	1.8 Facilità di apertura	7	Buono	4	4	1,00	7,00	
ALFA INTES	1.9 Accorgimeenti per mantenere la sterilità in campo operatorio	7	Buono	4	4	1,00	7,00	
ALFA INTES	1.10 Istruzioni per l'uso	3	Buono	4	4	1,00	3,00	
ALFA INTES	1.11 Etichettatura	3	Buono	4	4	1,00	3,00	

LOTTO 25 Lente intraoculare non diffrattiva a profondità di fuoco/campo di visione estesa, con filtro UV giallo acrilica idrofoba piatto ottico 6 mm lunghezza totale 13 mm								
DITTA	Criterio lotto indivisibile	Punteggio Max Criterio	valori di preferenza Commissione	Punti Preferenza Commissione	Punteggio Max Preferenza Assegnato	Coeff.te	Punti Definitivi	**MOTIVAZIONI**
ALCON ITALIA	1.1 materiali costituenti il prodotto	8	Buono	4	4	1,00	8,00	
ALCON ITALIA	1.2 caratteristiche tecniche	8	Buono	4	4	1,00	8,00	
ALCON ITALIA	1.3 Innovazioni tecniche sotto il profilo rischio/beneficio	4	Buono	4	4	1,00	4,00	
ALCON ITALIA	1.4 facilità di utilizzo dell'iniettore	8	Buono	4	4	1,00	8,00	
ALCON ITALIA	1.5 Facilità delle manovre intraoculari	8	Buono	4	4	1,00	8,00	
ALCON ITALIA	1.6 range diottrico	7	Buono	4	4	1,00	7,00	
ALCON ITALIA	1.7 Aberrazioni centrali e periferiche delle lenti	7	Buono	4	4	1,00	7,00	
ALCON ITALIA	1.8 Facilità di apertura	7	Buono	4	4	1,00	7,00	
ALCON ITALIA	1.9 Accorgimeenti per mantenere la sterilità in campo operatorio	7	Buono	4	4	1,00	7,00	
ALCON ITALIA	1.10 Istruzioni per l'uso	3	Buono	4	4	1,00	3,00	
ALCON ITALIA	1.11 Etichettatura	3	Buono	4	4	1,00	3,00	

LOTTO 26 Lente intraoculare non diffrattiva a profondità di fuoco/campo di visione estesa, con filtro UV giallo acrilica idrofoba piatto ottico 6 mm lunghezza totale 13 mm disponibile per correzione torica								
DITTA	Criterio lotto indivisibile	Punteggio Max Criterio	valori di preferenza Commissione	Punti Preferenza Commissione	Punteggio Max Preferenza Assegnato	Coeff.te	Punti Definitivi	**MOTIVAZIONI**
ALCON ITALIA	1.1 materiali costituenti il prodotto	8	Buono	4	4	1,00	8,00	
ALCON ITALIA	1.2 caratteristiche tecniche	8	Buono	4	4	1,00	8,00	
ALCON ITALIA	1.3 Innovazioni tecniche sotto il profilo rischio/beneficio	4	Buono	4	4	1,00	4,00	
ALCON ITALIA	1.4 facilità di utilizzo dell'iniettore	8	Buono	4	4	1,00	8,00	
ALCON ITALIA	1.5 Facilità delle manovre intraoculari	8	Buono	4	4	1,00	8,00	
ALCON ITALIA	1.6 range diottrico	7	Buono	4	4	1,00	7,00	
ALCON ITALIA	1.7 Aberrazioni centrali e periferiche delle lenti	7	Buono	4	4	1,00	7,00	
ALCON ITALIA	1.8 Facilità di apertura	7	Buono	4	4	1,00	7,00	
ALCON ITALIA	1.9 Accorgimeenti per mantenere la sterilità in campo operatorio	7	Buono	4	4	1,00	7,00	
ALCON ITALIA	1.10 Istruzioni per l'uso	3	Buono	4	4	1,00	3,00	
ALCON ITALIA	1.11 Etichettatura	3	Buono	4	4	1,00	3,00	