

**U.O.C. INGEGNERIA CLINICA**  
**Direttore: Ing. Francesco Paolo Macchia**  
[ingegneria.clinica@aslroma2.it](mailto:ingegneria.clinica@aslroma2.it)

### INDAGINE DI MERCATO

La ASL Roma 2 intende esperire apposita procedura negoziata sulla piattaforma MePA ai sensi dell'art. 36 comma 2 del D. Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii., per il Servizio di noleggio di un microscopio operatorio per ORL per la ASL Roma 2. Le caratteristiche del servizio richiesto sono specificate nell'allegato "Specifiche Tecniche".

Eventuali informazioni potranno essere richieste nelle ore d'ufficio alla UOC Ingegneria Clinica della ASL Roma 2, inviando una e-mail all'indirizzo: [ingegneria.clinica@aslroma2.it](mailto:ingegneria.clinica@aslroma2.it).


Le ditte che intendono partecipare alla procedura dovranno richiedere a mezzo PEC entro e non oltre il giorno 19/06/2023 ore 12.00, alla U.O.C. Ingegneria Clinica, [protocollo.generale@pec.aslroma2.it](mailto:protocollo.generale@pec.aslroma2.it), di essere invitate utilizzando il modello di cui all'allegato 1.

Scaduto il suddetto termine, sarà cura della suddetta Struttura amministrativa comunicare alle Imprese che hanno presentato formale istanza di partecipazione, tempi e modalità di espletamento della procedura.

Si fa presente comunque che il presente avviso è finalizzato esclusivamente all'espletamento della consultazione preliminare di mercato, in ottemperanza del principio di pubblicità nonché dei principi di non discriminazione, parità di trattamento, proporzionalità e trasparenza contemplati dal Codice.

Con il presente avviso non è indetta alcuna procedura di gara e non sono previste graduatorie di merito o di attribuzione di punteggi. Questa Amministrazione, a suo insindacabile giudizio, si riserva la facoltà di sospendere, modificare o annullare o revocare la procedura relativa al presente avviso e di non dare seguito all'indizione della successiva procedura per sopravvenute ragioni di pubblico interesse, senza che ciò comporti alcuna pretesa degli operatori che hanno partecipato alla consultazione. La Stazione Appaltante avrà cura di pubblicare tempestivamente, unicamente sul proprio profilo Committente ove viene pubblicato il presente avviso, eventuali note o precisazioni di interesse generale per la partecipazione all'indagine conoscitiva.

**IL DIRETTORE**  
U.O.C. INGEGNERIA CLINICA  
ASL ROMA 2  
(Ing. Francesco Paolo Macchia)



ALLEGATO N.1

Alla ASL Roma 2  
UOC Ingegneria Clinica  
Via Filippo Meda, 35  
00157 Roma

**OGGETTO:** La ASL Roma 2 intende esperire apposita procedura negoziata sulla piattaforma MePA ai sensi dell'art. 36 comma 2 del D. Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii., per un Servizio di noleggio per un microscopio operatorio per ORL per la ASL Roma 2.

Il/La Sottoscritto/a \_\_\_\_\_ CF \_\_\_\_\_  
 Nato/a a \_\_\_\_\_ il \_\_\_\_\_  
 nella qualità di \_\_\_\_\_  
 eventualmente giusta procura generale/speciale n. \_\_\_\_\_ del \_\_\_\_\_  
 autorizzato a rappresentare legalmente l'impresa/società \_\_\_\_\_  
 forma giuridica \_\_\_\_\_ CF \_\_\_\_\_  
 P.I. \_\_\_\_\_ con sede legale in \_\_\_\_\_  
 CAP: \_\_\_\_\_ Via/Piazza \_\_\_\_\_  
 Sede amministrativa \_\_\_\_\_  
 Numero telefonico: \_\_\_\_\_ Numero fax: \_\_\_\_\_  
 Indirizzo PEC: \_\_\_\_\_  
 PEC Ufficio Gare: \_\_\_\_\_

### CHIEDE

Di essere invitato procedura negoziata sulla piattaforma MePA ai sensi dell'art. 36 comma 2 del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii., per un Servizio di noleggio operativo a chiamata (fee per use) ad accesso giornaliero di un sistema di monitoraggio neurofisiologico intraoperatorio per la U.O.C. Neurochirurgia del P.O. Sant'Eugenio.

### IL SOTTOSCRITTO

(TIMBRO DELLA DITTA E FIRMA LEGGIBILE DEL SOTTOSCRITTO)

\_\_\_\_\_  
 (Luogo) (Data)



U.O.C. Ingegneria Clinica  
Tel. 06/4143 6686-4394  
[ingegneria.clinica@aslroma2.it](mailto:ingegneria.clinica@aslroma2.it)

**OGGETTO: Servizio di noleggio di n. 1 microscopio Operatorio per ORL per la ASL ROMA 2**

**Importo a base di gara presunto:** euro 105.000,00 IVA esclusa

**Durata del contratto:**

- N. 36 mesi

**Caratteristiche tecniche:**

- Microscopio operatorio per ORL
- Classificato come Dispositivo Medico ai sensi del Regolamento 2017/745 MDR
- N. 4 uscite ottiche: 1 per osservatore principale, 2 per coosservatore laterale e/o macchina fotografica, 1 per coosservazione contrapposta
- Movimentazione del corpo ottico:
  - o Rotazione intorno l'asse verticale  $\pm 270^\circ$
  - o Movimentazione antero-posteriore  $-30^\circ - +95^\circ$
  - o Movimentazione latero-laterale  $\pm 45^\circ$
- Messa a fuoco manuale e motorizzata
- Quadro di comando touchscreen
- Percorso ottico totalmente apocromatico
- Zoom continuo motorizzato a velocità regolabile
- Rapporto ingrandimento 1:6
- Ingrandimento massimo almeno 13x
- Oculari 10x
- Range focale almeno 54 mm
- Tubo binoculare inclinabile a  $180^\circ$  con regolazione della distanza interpupillare
- Illuminazione con lampada Xenon da 300 W o LED ad elevata resa cromatica
- Sistema di illuminazione di riserva
- Monitor Full-HD touchscreen da 24" per la visualizzazione /riproduzione delle immagini
- Telecamera HD incorporata
- Sistema di registrazione video
- Stativo su n. 4 ruote antistatiche girevoli a  $360^\circ$
- Freni elettromagnetici
- Autobilanciamento del corpo ottico e dello stativo

**Condizioni di fornitura**

- A carico dell'aggiudicatario: trasporto e consegna al piano, installazione, dismissione degli imballaggi, assistenza al collaudo e istruzione del personale all'utilizzo on-site
- Formazione del personale all'utilizzo on-site
- Assistenza tecnica full-risk