

**AVVISO DI CONSULTAZIONE PRELIMINARE DI MERCATO**

(ai sensi dell'Art.77 del D.Lgs 36/2023 – Codice dei Contratti Pubblici)

finalizzata all'individuazione degli operatori economici da invitare alla **PROCEDURA PER L'AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA DI DISPOSITIVI MEDICI PER ANESTESIA E RIANIMAZIONE NECESSARI ALLE ESIGENZE DELLA ASL ROMA 2, DA SVOLGERSI TRAMITE SISTEMA PER GLI ACQUISTI TELEMATICI DELLA REGIONE LAZIO (STELLA).**

Si precisa che tale indagine di mercato, ha solo fini esplorativi e che gli operatori, per il solo interesse manifestato, non potranno vantare alcun titolo, pretesa, preferenza o priorità in ordine all'affidamento della fornitura

Le caratteristiche tecniche inerenti la procedura per l'affidamento di acquisizione della fornitura sono riportate nel Capitolato Tecnico che si allega al presente avviso (*Allegato A – Fabbisogno*).

La procedura di acquisto, verrà espletata tramite la piattaforma telematica (di seguito Piattaforma) accessibile all'indirizzo <https://stella.regione.lazio.it> e sarà aggiudicata con applicazione criterio del prezzo più basso, per prodotto ritenuto idoneo e conforme all'uso, ai sensi dell'art. 108 comma 3 del D.Lgs. n. 36/2023.

I - STAZIONE APPALTANTE

Amministrazione procedente: UOC Procedure di Acquisto e Contratti – Asl Roma 2;

Indirizzo: Via Maria Brighenti, 23 – 00159 Roma

Il Responsabile Unico del Progetto, ai sensi dell'articolo 15 del Codice, è la Dott.ssa Valentina Di Nocera

e-mail: procedure.acquisto@aslroma2.it; **PEC:** procedure.acquisto@pec.aslroma2.it;

II - SOGGETTI AMMESSI ALLA CONSULTAZIONE DI MERCATO

Possono presentare manifestazione di interesse gli operatori economici come definiti dall'art. 65 del D. Lgs. 36/2023, iscritti al registro della camera di commercio ed in possesso dei requisiti di cui all'art. 94 del D. Lgs. 36/2023, oggetto di specifica dichiarazione, secondo l'allegato facsimile (*Allegato B – Domanda di Partecipazione*), resa ai sensi e con le modalità di cui al D.P.R. 445/2000 e s.m.i.

III - DESCRIZIONE DELL'OGGETTO DELL'APPALTO

La presente procedura ha per oggetto l'affidamento della fornitura di dispositivi medici per Anestesia e Rianimazione, necessari alle esigenze della Asl Roma 2 *Allegato A - Fabbisogno*.

IV - MODALITA' DI PARTECIPAZIONE

Ai sensi dell'art. 25 del Codice, successivamente alla scadenza del presente avviso, la procedura per l'affidamento della fornitura in argomento, sarà svolta attraverso l'utilizzo della piattaforma telematica STELLA (di seguito Piattaforma) accessibile all'indirizzo <https://stella.regione.lazio.it>, e contestualmente, gli atti della procedura per l'affidamento della fornitura in argomento saranno resi pubblici e scaricabili sia sul sito istituzionale nella sezione "*Bandi e Avvisi*", che all'indirizzo <https://centraleacquisti.regione.lazio.it/it/bandi-e-strumenti-di-acquisto/bandi-di-gara-in-scadenza>.

La domanda di richiesta alla partecipazione della consultazione di mercato, sottoscritta mediante firma digitale e corredata da copia fotostatica di documento d'identità in corso di validità del legale rappresentante, dovrà essere trasmessa entro e non oltre i termini stabiliti sulla Piattaforma Telematica STELLA esclusivamente a mezzo piattaforma di E-Procurement S.TEL.LA al seguente indirizzo: <https://stella.regione.lazio.it>.

Tutte le dichiarazioni dovranno essere corredate dal documento di identità in corso di validità del dichiarante e, qualora sia un procuratore, da copia della procura dello stesso. **Non dovrà essere inviato alcun altro documento non richiesto nel presente avviso.**

Non saranno ammesse le istanze incomplete, ovvero pervenute oltre il termine sopra indicato, ovvero non sottoscritte e/o non corredate da copia fotostatica di documento di identità in corso di validità del sottoscrittore.

In caso di necessità, la scrivente Stazione appaltante potrà richiedere alle imprese partecipanti di fornire chiarimenti o integrazioni in merito alla documentazione prodotta.



In conformità all'art. 13 del D.lgs. 30.06.2003 n. 196 e ss.mm.ii di cui al D.lgs 101/2018 in attuazione al GDPR Regolamento (UE) 2016/679 sulla tutela dei dati personali, si rammenta che il trattamento dei dati e delle informazioni che verranno comunicate sarà effettuato solamente per le finalità strettamente connesse alla gestione dell'elenco operatori economici.

I dati saranno trattati in modo lecito, secondo correttezza e con la massima riservatezza, e saranno registrati e conservati in archivi informatici e cartacei nel rispetto delle regole di sicurezza previste dalla Legge. Ai sensi di quanto previsto dall'art. 4 par. 1 n. 7 del GDPR, il titolare del trattamento dei dati è la ASL Roma 2.

Il R.U.P.

Dott.ssa Valentina Di Nocera

Il Direttore ad interim

U.O.C. Provveditorato

Dott.ssa Angela Paoletti

LOTTO	Descrizione lotto	Unità di misura prodotto	FABBISOGNO ANNUALE
1	Kit per cricotirotomia composto da: catetere di ventilazione precurvato in PVC; dilatatore radiopaco curvo con impugnatura; filo guida; ago introduttore; ago cannula; siringa 5/6 ml con raccordo varie misure (6 mm; 4 mm; 3,5 mm o equivalenti) o 5 mm cuffiato.	kit	28
2	Catetere con punta morbida, per sostituzione di tubo tracheale e di cannule tracheostomiche, completo di via accessoria per la ventilazione con raccordo standard da 15 mm, centrimetratura esterna, disponibile anche per la sostituzione di tubi doppio lume. Tutte le misure, misure pediatriche ed adulto. Confezione singola sterile.	pezzo	70
3	Mandrino per intubazione in alluminio speciale altamente malleabile. Protetto esternamente da guaina antiaderente e a perfetta scorrevolezza. Estremità chiuse e retrattili per ridurre i danni da intubazione. Tutte le misure comprese neonatali e pediatriche.	pezzo	1200
4	Casco monopaziente per Niv dotato di sistema di fissaggio privo di bretelle, con sistema di tenuta priva di decubiti, oblò rimovibile per accesso al paziente con valvola bidirezionale antisoffocamento, passaggio per eventuale sondino, cuscinetto integrato gonfiabile, apposita pompetta per il gonfiaggio, varie misure da XS a XXL. Confezione singola, monouso, latex free, clinicamente pulita.	pezzo	260
5	Casco per NIV corredato di doppia raccorderia simmetrica 22M e 22F posta sull'anello rigido, 2 accessi a tenuta da 4 a 19 mm per il passaggio di sondini, cateteri e fibrobroncoscopio. Corredato di cerniera per un rapido accesso alla testa del paziente. Asole di ritenuta sulla sommità e relative cinghie per un fissaggio aggiuntivo atto ad evitare decubiti ascellari. Corredato di 2 tubi adulti, nelle misure XS, S, M, L, XL, XXL e 3XL. Latex free, confezione singola, monouso, clinicamente pulita.	pezzo	300
6	Casco per CPAP corredato di doppia raccorderia simmetrica 22M-22F senza anello rigido, 2 accessi da 4 a 19 mm per il passaggio a tenuta di sondini e cateteri. Corredato di cerniera per un rapido accesso alla testa del paziente. Asole di ritenuta sulla sommità e relative cinghie per un fissaggio aggiuntivo atto ad evitare decubiti ascellari. Corredato di pallone per CPAP, valvola di PEEP regolabile completa di valvola di sovrappressione preparata a 20 cm H2O e sistema di sicurezza anti asfissia, n. 1 circuito ad Y, n. 4 filtri, nelle misure XS, S, M, L, XL, XXL e 3XL. Latex free, confezione singola, monouso, clinicamente pulita. L'azienda aggiudicataria si deve rendere disponibile a fornire, in comodato d'uso gratuito e per tutta la durata della fornitura, uno o più generatori CPAP Venturi.	pezzo	350
7	Set per aerosol terapia costituito da: una maschera per aerosolterapia in materiale plastico, "medical grade", morbido, trasparente, inodore, flessibile non conduttivo, tale da consentire l'erogazione di miscele nebulizzate mediante raccordo adatto a tubi da 22 mm, bordi arrotondati e non taglienti, presenza di presa d'aria di sicurezza, corredata da fettuccia elastica di sostegno, ampia, regolabile e da piastrina metallica stringinaso modellabile; un nebulizzatore di particelle (2-5 micron) in materiale plastico rigido trasparente adatto a prestazioni in posizione sia verticale che orizzontale con attacco 22 F resistente a farmaci comunemente impiegati; tubo di collegamento antischiacciamento della lunghezza di 200 cm circa. Confezione singola monouso. Adulti e pediatrico.	kit	16000
8	Occhiali (cannule) per ossigenoterapia con beccuccio tubolare ricurvo, morbido in materiale plastico "medical grade", flessibile, trasparente, di forma anatomica. Presenza preferibilmente di linguetta para-labbro, provvista di tubo di collegamento a connessione universale, lunghezza superiore a 200 cm circa. Misure neonato, pediatrico, adulto.	pezzo	42000

9	Copri sonda per sonda ecografica dotata di gel sterile, lunghezza > 1,5 metri, diametro 5 cm circa. Confezione singola sterile, monouso.	PEZZO	4850
10	Set completo monouso per ossigenoterapia ad alti flussi composto da circuito respiratorio monouso termoregolato, coibentato, con superficie interna liscia a doppia spirale, con sonda di temperatura monouso integrata e camera di umidificazione ad autoriempimento con doppio galleggiante di sicurezza. La ditta aggiudicataria ogni 50 circuiti dovrà fornire un apparecchio per ossigenoterapia ad alti flussi avente: la doppia modalità pediatrica ed adulti, pediatrica con flussi impostabili da 2 fino a 25 litri a step di 1 o 5 lpm, adulti con flussi impostabili da 10 fino a 60 litri. Il sistema deve funzionare senza il collegamento all'aria compressa centralizzata e deve essere equipaggiato con allarmi acustici e animati individuabili su display digitale a colori con un ridotto numero di tasti. L'apparecchio deve essere privo di cavi e sonde e privo di celle ad ossigeno per la rilevazione della FIO2. L'apparecchio dovrà essere fornito di un kit di sterilizzazione riutilizzabile per praticare una disinfezione ad alto livello dello stesso e deve prevedere una modalità di impostazione per il trasporto mediante un gruppo di continuità. Possibilità di scaricare i dati di utilizzo tramite una porta seriale	PEZZO	750
	Set completo per ossigenoterapia ad alti flussi, cannule nasali per ossigenoterapia ad alti flussi per la somministrazione di flussi fino a 60 l/min di gas umidificato e riscaldato. Misure small, medium, large, con codice colore e cannula per pazienti tracheostomizzati. Le cannule devono essere complete di cinghie di sostegno per limitare il peso del circuito e impedire lo spostamento delle cannule, con cuscinetti morbidi per le guance per favorire la stabilità della cannula nasale allo scopo di ridurre la pressione sul viso.	PEZZO	1250
11	Linea di infusione in idoneo materiale plastico a norma trasparente e flessibile, circuito coassiale a 3 vie per garantire il riscaldamento del liquido fino al paziente ed infusione a temperatura normotermica omogenea in sicurezza, accessori vari, velocità di flusso medio/alta, biocompatibile, latex free, (preferibilmente privo di ftalati) monouso, sterile. Confezione singola. La ditta aggiudicataria deve fornire in uso gratuito il necessario numero di sistemi di riscaldamento	PEZZO	370
12	Laringoscopio ottico monouso di varie misure	PEZZO	420

SU CARTA INTESTATA DELL'AZIENDA

Alla A.S.L. ROMA 2
U.O.C. Procedure d'Acquisto e Contratti
Via M. Brighenti 23
00159 ROMA

OGGETTO: RICHIESTA DI PARTECIPAZIONE ALLA CONSULTAZIONE PRELIMINARE DI MERCATO, INDETTA AI SENSI DELL'ART. 77 DEL D.LGS. N. 36/2023, PER L'AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA DI DISPOSITIVI MEDICI PER ANESTESIA E RIANIMAZIONE NECESSARI ALLE ESIGENZE DELLA ASL ROMA 2, DA SVOLGERSI TRAMITE SISTEMA PER GLI ACQUISTI TELEMATICI DELLA REGIONE LAZIO (STELLA).

Il/La Sottoscritto/a _____ Cod. Fiscale _____
Nat _ / a _____ il _____
nella qualità di _____
eventualmente giusta procura generale/speciale n. _____ del _____
autorizzato a rappresentare legalmente l'impresa/società _____
forma giuridica _____ Codice fiscale _____
Partita IVA n. _____ con sede legale in _____
CAP: _____ Via/piazza _____
Sede operativa _____
Numero telefonico: _____ Numero fax: _____
Indirizzo PEC: _____
PEC Ufficio Gare: _____

MANIFESTA LA DISPONIBILITA'

dell'operatore economico a partecipare alla consultazione preliminare di mercato, indetta ai sensi dell'art. 77 del D.lgs. n. 36/2023, quale fase preliminare all'avvio della procedura per l'affidamento della fornitura di dispositivi medici per anestesia e rianimazione, necessari alle esigenze della Asl Roma 2, per i lotti di seguito indicati: _____

_____, li _____

Il Documento deve essere firmato digitalmente

N.B.: Allegare copia fotostatica non autenticata di un documento di identità del sottoscrittore in corso di validità.